

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրաչյա Վարդանյան ԱԶ-ն ՀՀՍՄԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	բժշկական ջերմաչափ (Էլեկտրոնային)	բժշկական ջերմաչափ (Էլեկտրոնային)	NDV TP-101 Չինաստան կամ ԱԴՆ ջերմաչափեր	Բժշկական ջերմաչափ (Էլեկտրոնային)-ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Չափման եղանակները՝ առանցքային (թևատակ), բերանի, հետանցքային: Չափման ժամանակը՝ մոտ 60 վայրկյան: Չափման ավարտի տեղեկատվական ձայնային ազդանշան: Վերջին չափման հիշողություն: Փոխարինվող մարտկոց: Ավտոմատ անջատում 10 րոպե հետո օգտագործելուց հետո մարտկոցի կյանքը երկարացնելու համար: Չափման թույլատրելի սխալի սահմանները՝ +/- 0,1 °C : Պահպանման պատյան: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Грачья Варданян индивидуальный предприниматель в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՍՍՍ-ԲԱՃԱՊՁԲ-2024/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
7				