

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍԷՍԹԻ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|--|--|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 22 | բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ | բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ | բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ | ՉԺՀ | "ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Տնօմետրի մարմինը այլումիսե, կամ պլստմասե: Մանժետի մեջ օդ ներմղելու լատեքսային տանձիկ: Մետաղյա փական: Էրգոնոմիկ բռնակ չժանգոտվող պողպատից: Ճշգրտությունը կարգավորող չմաշվող արտաթողման փական: Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթողման փականը և չափման |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>համակարգը: Ունի կաշուկով մանժետ մեծահասակների համար: Հատուկ պնդացրած չմաշվող պղնձե - բերիլային մեմբրանով: Մեմբրանը դիմանում է մինչև 600 մմ սնդ. ս. ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսափողակ(ստետոսկոպ)</p> <p>Սարքավորման առավելագույն թույլ տրվող սխալը +/- 3 մմ ս.ս. Լավ կարդացվող մինչև 300 մմ սնդ. ս. դիապագոնով այլումինե սանդղակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: "</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕУЕУФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀSU-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 22 | | | | | |