

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
28	Մագնեզիումի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված Cobas Integra 400 plus վերլուծիչի համար:Ֆորմատ 250 թեստ : Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն : Պահպանման պայմանները ` 15-25`աստիճան ջերմություն : ISO 9001 + ISO 134485 որակի վկայականի առկայություն , : Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել ք. Աբովյան: Մատակարարման պահից առնվազն 2/3 պիտանելիության ժամկետ: For In Vitro Diagnostic only:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИЦЧ-ЕЦΔЦΠΩΡ-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
28	