

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲՍԱՊԶԲ-2024/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Կոլպոսկոպ	ARI-II-1L	ARI-II-1L	ARI Medical Technology	// Կոլպոսկոպ // Colposcope Кольпоскоп Կոլպոսկոպը ճշգրիտ օպտիկական գործիք է, որը Նախատեսված է գինեկոլոգիական հետազոտության և ախտորոշման համար: Սարքի մեծացման շնորհիվ կարելի է հստակ տեսնել հեշտոցի պաթոլոգիական փոփոխությունները, որոնք անզեն աչքով հնարավոր չէ տեսնել: Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 290 մմ: Դիտարկման անկյունը՝ 45° թեքությամբ բինոկուլյար դիտարկման սարք: Օկուլյարի խոշորացումը՝ 16 անգամ:

Միջբիբային հեռավորությունը՝ 50 մմ  
-75 մմ միջակայքում: Աճի  
փոփոխությունը. 5 քայլք: 0,4X; 0,66  
X; 1x; 1,5 X; 2,5 x: Ընդհանուր  
խոշորացում՝ 2 անգամ, 4 անգամ, 6  
անգամ, 10 անգամ, 16 անգամ:  
Գծային դաշտը՝ 90, 55, 37, 24 և 15  
մմ, շեղումը 10%: Տեսախցիկի  
ադապտեր՝ C-աձև ոչ պակաս քան  
1/3 դյույմ տրամագծով գունավոր  
CCD տեսախցիկը միացնելու համար:  
Հավասարակշռող լծակ՝  
կարգավորելի հակակշիռ: Կոաքսիալ  
լուսավորություն LED լույսի աղբյուրի  
հետ, պայծառությունը  
կարգավորվող: Լուսավորությունը՝  
30000 լյուքս: Ֆիլտրը՝ կանաչ  
Ֆիլտրի առկայություն: Ստենդ: կարճ  
սյուն, որը տեղադրված է քան հինգ  
աստղանի հիմքի վրա: Լրացուցիչ  
պարագաներ. Ցուցադրություն՝  
առկա է: Տեսախցիկ՝ առկա է:  
Տեսախցիկի ադապտեր՝ առկա է:  
Մոնիտոր՝ առկա է ( 17 դյույմ):  
Ոսանյակներ (F = 230 մմ և F = 280  
մմ)՝ առկա է: Լրակազմ և  
պարագաներ. Տեղադրում և  
մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում  
տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ

				<p>հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը նոր է չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 : CE Mark (Directive 93/42/EEC) ,FDA</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՏՁՀ-ԷԱՃ-ԲԱԱՊՁԲ-2024/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Կոլպոսկոպ	ARI-II-1L	ARI-II-1L	ARI Medical Technology Co	// Կոլպոսկոպ // Colposcope Кольпоскоп Կոլպոսկոպը ճշգրիտ օպտիկական գործիք է, որը նախատեսված է գինեկոլոգիական հետազոտության և ախտորոշման համար: Սարքի մեծացման շնորհիվ կարելի է հստակ տեսնել հեշտոցի պաթոլոգիական փոփոխությունները, որոնք անզեն աչքով հնարավոր չէ տեսնել: Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 290 մմ: Դիտարկման անկյունը՝ 45° թեքությամբ բինոկուլյար դիտարկման սարք: Օկուլյարի խոշորացումը՝ 16 անգամ:

Միջբիբային հեռավորությունը՝ 50 մմ  
-75 մմ միջակայքում: Աճի  
փոփոխությունը. 5 քայլք: 0,4X; 0,66  
X; 1x; 1,5 X; 2,5 x: Ընդհանուր  
խոշորացում՝ 2 անգամ, 4 անգամ, 6  
անգամ, 10 անգամ, 16 անգամ:  
Գծային դաշտը՝ 90, 55, 37, 24 և 15  
մմ, շեղումը 10%: Տեսախցիկի  
ադապտեր՝ C-աձև ոչ պակաս քան  
1/3 դյույմ տրամագծով գունավոր  
CCD տեսախցիկը միացնելու համար:  
Հավասարակշռող լծակ՝  
կարգավորելի հակակշիռ: Կոաքսիալ  
լուսավորություն LED լույսի աղբյուրի  
հետ, պայծառությունը  
կարգավորվող: Լուսավորությունը՝  
30000 լյուքս: Ֆիլտրը՝ կանաչ  
Ֆիլտրի առկայություն: Ստենդ: կարճ  
սյուն, որը տեղադրված է քան հինգ  
աստղանի հիմքի վրա: Լրացուցիչ  
պարագաներ. Ցուցադրություն՝  
առկա է: Տեսախցիկ՝ առկա է:  
Տեսախցիկի ադապտեր՝ առկա է:  
Մոնիտոր՝ առկա է ( 17 դյույմ):  
Ոսանյակներ (F = 230 մմ և F = 280  
մմ)՝ առկա է: Լրակազմ և  
պարագաներ. Տեղադրում և  
մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում  
տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ

				<p>հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը նոր է չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 : CE Mark (Directive 93/42/EEC) ,FDA</p>
--	--	--	--	---