# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/100 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Luxamid | Լյուքսսուչրս | Թել ստերիլ վիրաբուժական, չներծծվող,նայլոն: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի մեջ: Մետրիկ չափը 1, պայմանական չափը 8/0 կամ 9/0 ըստ պատվիրատուի պահանջի : Թելի երկարությունը 15սմ ± 1սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է լինի անդառնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում և կլորացված եզրերով մարմին/, որի շնորհիվ բարձրանում է ասեղի կայունությունը ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը կտրող, կորությունը 3/8 , 5.1մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ: Տվյալ չափաբաժնի համար ընդունելի են միայն LuxSutures, Bbroun, Resorba ապրանքանիշերը: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Кванта ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/100 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Люксамид | Люкссучрс | Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся, нейлоновая. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет, обеспечивающий максимальную видимость раны. Метрический размер 1, обычный размер 8/0 или 9/0 по желанию заказчика. Длина нити 15см ± 1см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, облегчая прохождение иглы через ткани. Игла должна быть изготовлена из высококачественного медицинского нержавеющего сплава, более устойчивого к необратимой деформации, чем обычная игла из нержавеющей стали, что дает возможность не менять иглу во время операции, повышает контроль над иглой и снижает травматизацию тканей. Качество сплава не должно уступать качеству сплава серии 300 по классификации AISI. Игла должна иметь такое строение (продольные канавки со стороны игольного захвата и тело с закругленными краями), повышающее устойчивость иглы в игле. Иглорез, кривизна 3/8, длина 5,1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | мм. Упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью. Стерильная шовная вставка должна содержать этикетку с указанием названия шовного материала, состава, товарного знака, товарного знака производителя, наименования производителя, матричного кода, размера обычной и метрической нити, цвета, длины, количества нитей, длины иглы, типа иглы, кривизны, количества нитей. иглы. Срок годности, номер партии, внешний вид иглы в натуральную величину, маркировка о стерильности и методе стерилизации. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению. Товар должен иметь сертификат качества. На момент доставки продукт должен иметь остаточный срок годности не менее 50%. Для этой дозы приемлемы только марки LuxSutures, Bbroun, Resorba. |