

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
69	cobas e 411 Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր	Roche Diagnostics	Roche Diagnostics	Roche Diagnostics	Էլեկսիս Ֆերիտին կալիբրատոր (Elecsys Ferritin CalSet) Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոքեմիլումենեսցենսային անալիզ: Ֆորմատ` 4x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8 աստ. C ջերմաստիճանում: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50% մնացորդային պիտանելիության ժամկետ: For In Vitro Diagnostic

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՄԵԴ-ԻՍՊԵՔՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՐՈՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
69	cobas e 411 Էլեկտրոնային Ֆերիտին կալիբրատոր	Roche Diagnostics	Roche Diagnostics	Roche Diagnostics	Калибратор Elecsys Ferritin (Elecsys Ferritin CalSet) для анализатора Kobas e 411. Метод: Электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4x1 мл. Брендирование обязательно. Условия хранения: 2-8 дней. При температуре С. Товар должен иметь сертификат качества. На момент доставки продукт должен иметь остаточный срок годности не менее 50%. Для диагностики in vitro