

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2024-11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էնդոսկոպիկ հավաքածու	RZ	RZ Medizintechnik	RZ Medizintechnik	Ցիստոսկոպ 70°, Ø4,0 մմ, շափյուղե ոսպնյակներով, լազերային զոդման տեխնոլոգիայով, ավտոկլավացվող, համատեղելի RZ Medizintechnik արտադրության արդեն առկա Hybrid TUR ռեզեկտոսկոպի հետ, 1 հատ Տեսախցիկի գլխիկ, տարլուծումը 4K, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, համատեղելի RZ Medizintechnik արտադրության արդեն առկա K4000 Էնդոսկոպիկ տեսահամակարգի հետ, 1 հատ «Մենցենբաումի» մկրատ, 5մմ, ուղիղ, սուր ծայրով, աշխատանքային երկարությունը

առնվազն 330 մմ, բռնակը
ածխամանրաթելից, առանց
փականի, 1 հատ «Մերիլենդ»
դիսեկցիոն աքցան, 5մմ, ուղիղ, բուլթ
ծայրով, աշխատանքային
երկարությունը առնվազն 330 մմ,
բռնակը ածխամանրաթելից, առանց
փականի, 1 հատ «Նուսբաում»
աղիքային սեղմակ, 10մմ, ուղիղ,
բուլթ ծայրով, աշխատանքային
երկարությունը առնվազն 330 մմ,
բռնակը ածխամանրաթելից,
փականով, 1 հատ «Պիլորուս» տիպի
աղիքային սեղմակ, 5մմ, ուղիղ, բուլթ
ծայրով, աշխատանքային
երկարությունը առնվազն 330 մմ,
բռնակը ածխամանրաթելից,
փականով, 1 հատ Բռնակ
ածխամանրաթելից, փականով,
համատեղելի RZ Medizintechnik
ընկերության արտադրության
արդեն առկա Էնդոսկոպիկ
գործիքների ներդիրների հետ, 2
հատ Բռնակ ածխամանրաթելից,
առանց փականի, համատեղելի RZ
Medizintechnik ընկերության
արտադրության արդեն առկա
Էնդոսկոպիկ գործիքների
ներդիրների հետ, 2 հատ Չեզոք

սիլիկոնե էլեկտրոդ, ածխածնային ծածկույթով, բազմակի օգտագործման, համատեղելի NEM տիպի վերահսկման համակարգի 7 համատեղելի լեհական EMED Spectrum էլեկտրավիրաբուժական միավորի հետ, մալուխի երկարությունը առնվազն 4500 մմ, 2 հատ Իսնուֆյատորի սիլիկոնե խողովակների հավաքածու, համատեղելի RZ Medizintechnik արտադրության արդեն առկա Airflow A4 մոդելի սարքավորման հետ, երկարությունը առնվազն 2500մմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, առանց շահագործման ժամանակը սահմանափակող չիպային գործառույթի, 1 հատ Միաբևեռ մալուխ, ավտոկլավվող, համատեղելի 4մմ լապարասկոպիկ միաբևեռ գործիքների հետ, երկարությունը առնվազն 3մ, միակցիչը SDS տիպի, համատեղելի լեհական EMED Spectrum էլեկտրավիրաբուժական միավորի հետ, 1 հատ Լապարասկոպիկ ներարկիչ ասեղ, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 450մմ,

տրամագիծը 5մմ, ասեղի մասի երկարությունը առնվազն 20մմ, ասեղի մասի տրամագիծը առնվազն 1,2մմ, 1 հատ Լապարասկոպիկ կլիպապլիկատոր, աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 350մմ, տրամագիծը 10մմ, չափսը մեծ, համատեղելի Էթիկոն տիպի տիտանե կլիպսների հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ

Օպտիկական մանրաթելային լուսատար, տրամագիծը առնվազն 4,8մմ, երկարությունը առնվազն 3000մմ, համատեղելի արդեն առկա RZ Medizintechnik արտադրության LUMEN 3 լուսադիոդային աղբյուրի հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ

Լապարասկոպիկ անցումային ռեդուկտոր, անցումային չափսերը 11-5,5մմ, երկարությունը առնվազն 19սմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ

Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2024 թ արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները,

Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս:
Որակի և համապատասխանության
սերտիֆիկատների առկայությունը՝
առնվազն MDSAP, ISO 13485, CE

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Էնդոսկոպիկ հավաքածու	RZ	RZ Medizintechnik	RZ Medizintechnik	Ցիստոսկոպ 70°, Ø4,0 մմ, շափյուղե ոսպնյակներով, լազերային զոդման տեխնոլոգիայով, ավտոկլավացվող, համատեղելի RZ Medizintechnik արտադրության արդեն առկա Hybrid TUR ռեզեկտոսկոպի հետ, 1 հատ Տեսախցիկի գլխիկ, տարլուծումը 4K, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, համատեղելի RZ Medizintechnik արտադրության արդեն առկա K4000 Էնդոսկոպիկ տեսահամակարգի հետ, 1 հատ «Մենցենբաումի» մկրատ, 5մմ, ուղիղ, սուր ծայրով, աշխատանքային երկարությունը

առնվազն 330 մմ, բռնակը
ածխամանրաթելից, առանց
փականի, 1 հատ «Մերիլենդ»
դիսեկցիոն աքցան, 5մմ, ուղիղ, բուժ
ծայրով, աշխատանքային
երկարությունը առնվազն 330 մմ,
բռնակը ածխամանրաթելից, առանց
փականի, 1 հատ «Նուսբաում»
աղիքային սեղմակ, 10մմ, ուղիղ,
բուժ ծայրով, աշխատանքային
երկարությունը առնվազն 330 մմ,
բռնակը ածխամանրաթելից,
փականով, 1 հատ «Պիլորուս» տիպի
աղիքային սեղմակ, 5մմ, ուղիղ, բուժ
ծայրով, աշխատանքային
երկարությունը առնվազն 330 մմ,
բռնակը ածխամանրաթելից,
փականով, 1 հատ Բռնակ
ածխամանրաթելից, փականով,
համատեղելի RZ Medizintechnik
ընկերության արտադրության
արդեն առկա Էնդոսկոպիկ
գործիքների ներդիրների հետ, 2
հատ Բռնակ ածխամանրաթելից,
առանց փականի, համատեղելի RZ
Medizintechnik ընկերության
արտադրության արդեն առկա
Էնդոսկոպիկ գործիքների
ներդիրների հետ, 2 հատ Չեզոք

սիլիկոնե էլեկտրոդ, ածխածնային ծածկույթով, բազմակի օգտագործման, համատեղելի NEM տիպի վերահսկման համակարգի 7 համատեղելի լեհական EMED Spectrum էլեկտրավիրաբուժական միավորի հետ, մալուխի երկարությունը առնվազն 4500 մմ, 2 հատ Իսնուֆյատորի սիլիկոնե խողովակների հավաքածու, համատեղելի RZ Medizintechnik արտադրության արդեն առկա Airflow A4 մոդելի սարքավորման հետ, երկարությունը առնվազն 2500մմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, առանց շահագործման ժամանակը սահմանափակող չիպային գործառույթի, 1 հատ Միաբևեռ մալուխ, ավտոկլավվող, համատեղելի 4մմ լապարասկոպիկ միաբևեռ գործիքների հետ, երկարությունը առնվազն 3մ, միակցիչը SDS տիպի, համատեղելի լեհական EMED Spectrum էլեկտրավիրաբուժական միավորի հետ, 1 հատ Լապարասկոպիկ ներարկիչ ասեղ, աշխատանքային երկարությունը առնվազն 450մմ,

տրամագիծը 5մմ, ասեղի մասի երկարությունը առնվազն 20մմ, ասեղի մասի տրամագիծը առնվազն 1,2մմ, 1 հատ Լապարասկոպիկ կլիպապլիկատոր, աշխատանքային երկարությունը ոչ ավել քան 350մմ, տրամագիծը 10մմ, չափսը մեծ, համատեղելի Էթիկոն տիպի տիտանե կլիպսների հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ

Օպտիկական մանրաթելային լուսատար, տրամագիծը առնվազն 4,8մմ, երկարությունը առնվազն 3000մմ, համատեղելի արդեն առկա RZ Medizintechnik արտադրության LUMEN 3 լուսադիոդային աղբյուրի հետ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ

Լապարասկոպիկ անցումային ռեդուկտոր, անցումային չափսերը 11-5,5մմ, երկարությունը առնվազն 19սմ, ավտոկլավվող, բազմակի օգտագործման, 1 հատ

Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2024 թ արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները,

					Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Որակի և համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն՝ առնվազն MDSAP, ISO 13485, CE
--	--	--	--	--	---