

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Horizontal steam sterilizer	STH-N200DM	STH-N200DM	Infitek Co., Ltd	"Տարողությունը՝ 200լ, Տեսակը՝ հորիզոնական, էլեկտրիկ պատրաստման նյութը՝ կոռոզիակայուն, չժանգոտվող պողպատ ; Դարակի առկայություն, Աշխատանքային ճնշումը՝ 0,1-ից 0.3ՄՊա: Առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 144°C Ջերմաստիճանի միջակայք՝ 105-138°C Նախա և հետստերիլիզացիոն վակուումային փուլի առկայություն:Ավտոմատացված կառավարման հնարավորություն :Դռան փականը՝ ավտոմատ

վերահսկողության  
հմարավորությամբ Էկրանը՝  
սենսորային : Հզորությունը՝ 12ԿՎԱ :  
Սնուցման աղբյուրը՝ 380V, 50Hz  
Օգտագործողի ձեռնարկի  
առկայությունն Օգտվողի  
գոլորշակայուն հանդերձանքի  
առկայություն՝ պաշտպանիչ գոգնոց,  
ակնոց և ձեռնոցներ 1.  
Մատակարարման պահին  
ապրանքի հետ կներկայացվեն  
հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը.  
1.1 Որակը հավաստող CE Conformité  
Européenne և ISO 13485 1.2  
Ռեղեկցող ձեռնարկ՝ անգլերեն  
լեզվով: 2. Սարքի և սպասարկման  
համար սահմանվում է 365  
օրացուցային օր երաշխիքային  
ժամկետ:՝ Սարքը պատվիրատուի  
կողմից ընդունելու (տեղադրումից,  
կարգաբերումից, ուսուցումից և  
շահագործման հանձնելու) օրվա  
հաջորդող օրվանից: 3.  
Երաշխիքային ժամկետում  
մատակարարը պարտավորվում է  
անսարքությունը վերացնել մինչև 30  
օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե  
կողմերի միջև այլ ժամկետ  
սահմանված չէ, սահմանված

				<p>Ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը 2024թթ. արտադրության է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , երաթողարկված չի 5 .Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EMXUQF-24/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Horizontal steam sterilizer	STH-N200DM	STH-N200DM	Infitek Co., Ltd	"Տարողությունը՝ 200լ, Տեսակը՝ հորիզոնական, էլեկտրական պատրաստման սյուրճը՝ կոռոզիակայուն, չժանգոտվող պողպատ ; Դարակի առկայություն, Աշխատանքային ճնշումը՝ 0,1-ից 0.3ՄՊա: Առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 144°C Ջերմաստիճանի միջակայք՝ 105-138°C Նախա և հետստերիլիզացիոն վակուումային փուլի առկայություն:Ավտոմատացված կառավարման հնարավորություն :Դռան փականը՝ ավտոմատ

վերահսկողության  
հմարավորությամբ Էկրանը՝  
սենսորային : Հզորությունը՝ 12ԿՎԱ :  
Սնուցման աղբյուրը՝ 380V, 50Hz  
Օգտագործողի ձեռնարկի  
առկայությունն Օգտվողի  
գոլորշակայուն հանդերձանքի  
առկայություն՝ պաշտպանիչ գոգնոց,  
ակնոց և ձեռնոցներ 1.  
Մատակարարման պահին  
ապրանքի հետ կներկայացվեն  
հետևյալ ուղեկցող փաստաթղթերը.  
1.1 Որակը հավաստող CE Conformité  
Européenne և ISO 13485 1.2  
Ռեղեկցող ձեռնարկ՝ անգլերեն  
լեզվով: 2. Սարքի և սպասարկման  
համար սահմանվում է 365  
օրացուցային օր երաշխիքային  
ժամկետ:՝ Սարքը պատվիրատուի  
կողմից ընդունելու (տեղադրումից,  
կարգաբերումից, ուսուցումից և  
շահագործման հանձնելու) օրվա  
հաջորդող օրվանից: 3.  
Երաշխիքային ժամկետում  
մատակարարը պարտավորվում է  
անսարքությունը վերացնել մինչև 30  
օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե  
կողմերի միջև այլ ժամկետ  
սահմանված չէ, սահմանված

				<p>Ժամկետում անսարքությունը չվերացնելու դեպքում պայմանագիրն ենթակա է միակողմանի լուծման: 4. Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը 2024թթ. արտադրության է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ , երաթողարկված չի 5 .Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը:</p>
--	--	--	--	---