

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/213 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | Brand | Brand | Brand | Brand | <p>Eppendorf, Brand կամ Soccorex: Խիտ թթուների, հիմքերի, օրգանական լուծիչների և այլ հեղուկների համար նախատեսված շշորին ամրացվող դիսպենսեր: Աշխատանքային ծավալը 5-50 մլ: Առկա է հեղուկի հետադարձ ծորակ (recirculation valve): Իդեալական է օրգանական լուծիչներ, ներառյալ քլորացված և ֆտորացված ածխաջրածիններ (օրինակ՝ տրիքլորֆտորեթան և երկքլորմեթան), թթուներ, ինչպիսիք են խտացված HCl և HNO₃ (բացառությամբ HF),</p> |

տրիֆտորքացախաթթու (TFA),
տետրահիդրոֆուրան (THF) և
պերօքսիդներ տեղափոխելու
համար: Աշխատանքային
ջերմաստիճանը +15 °C-ից +40 °C:
կամ թելերով շշեր GL 45, DE-M
մակնշմամբ, կատարողականի
վկայականով, հեռադիտակային
լցման խողովակ, շրջանառության
փական և վերաշրջանառության
խողովակ (ըստ ցանկության),
մոնտաժող գործիք և
պոլիպրոպիլենից ադապտերներ
(անվանական ծավալը՝ 1, 2, 5, 10 մլ՝
GL 24-25): , GL 28/S28, GL 32-33,
GL38, S40 / Անվանական ծավալը 25,
50, 100մլ՝ GL 32-33, GL38, S40):
Պատահական չափման սխալ 5 մլ՝ ±
1%; ± 50 մկլ 25 մլ՝ ± 0,2%; ± 50 մկլ
50 մլ՝ ± 0,1%; ± 50 մկլ: Չափման
համակարգված սխալ 5 մլ՝ ± 5%; ±
250 մկլ 25 մլ՝ ± 1%; ± 250 մկլ 50 մլ՝
± 0,5%; ± 250 մկլ: Արտադրողի
վկայական: Ասպիրացիոն խողովակ
(170 մմ - 330 մմ): Ապրանքը պետք է
լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը
չվնասված և ապահովված
համապատասխան պահպանման
պայմաններով մատակարարման

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/213 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 12 | Brand | Brand | Brand | Brand | Eppendorf, Brand կամ Soccorex: Խիտ թթուների, հիմքերի, օրգանական լուծիչների և այլ հեղուկների համար նախատեսված շշորին ամրացվող դիսպենսեր: Աշխատանքային ծավալը 5-50 մլ: Առկա է հեղուկի հետադարձ ծորակ (recirculation valve): Իդեալական է օրգանական լուծիչներ, ներառյալ քլորացված և ֆտորացված ածխաջրածիններ (օրինակ՝ տրիքլորֆտորէթան և երկքլորմեթան), թթուներ, ինչպիսիք են խտացված HCl և HNO3 (բացառությամբ HF), |

տրիֆտորքացախաթթու (TFA),
տետրահիդրոֆուրան (THF) և
պերօքսիդներ տեղափոխելու
համար: Աշխատանքային
ջերմաստիճանը +15 °C-ից +40 °C:
կամ թելերով շշեր GL 45, DE-M
մակնշմամբ, կատարողականի
վկայականով, հեռադիտակային
լցման խողովակ, շրջանառության
փական և վերաշրջանառության
խողովակ (ըստ ցանկության),
մոնտաժող գործիք և
պոլիպրոպիլենից ադապտերներ
(անվանական ծավալը՝ 1, 2, 5, 10 մլ՝
GL 24-25): , GL 28/S28, GL 32-33,
GL38, S40 / Անվանական ծավալը 25,
50, 100մլ՝ GL 32-33, GL38, S40):
Պատահական չափման սխալ 5 մլ՝ ±
1%; ± 50 մկլ 25 մլ՝ ± 0,2%; ± 50 մկլ
50 մլ՝ ± 0,1%; ± 50 մկլ: Չափման
համակարգված սխալ 5 մլ՝ ± 5%; ±
250 մկլ 25 մլ՝ ± 1%; ± 250 մկլ 50 մլ՝
± 0,5%; ± 250 մկլ: Արտադրողի
վկայական: Ասպիրացիոն խողովակ
(170 մմ - 330 մմ): Ապրանքը պետք է
լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը
չվնասված և ապահովված
համապատասխան պահպանման
պայմաններով մատակարարման

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |
|--|--|--|--|--|---|