

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անզգայացման սարք A5	Անզգայացման սարք A5	A5	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է՝ արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակումի համակարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը 4 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով,
ներկառուցված դարակներով:
Գոլորշացուցիչները փոփոխական
շրջանցիկ, ամբողջությամբ
փոխհատուցվող մեթոդով:
Շնչառության ծավալը 10 -1,500 մլ
միջակայքում, ներշնչման դադարը
0-60% միջակայքում, շնչառության
հաճախականությունը 2-100
շնչ/րոպե միջակայքում, ներշնչման
հոսքը 180 լ/ր, պասիվ անզգայացնող
գազի հեռացում, CO2-ի
կոնցենտրացիայի արտացոլում
ներկառուցված մոնիտորին,
արտաշնչման ծավալի հաշվարկում
Էլեկտրոնային անեմոմետրիկ
մեթոդով, թթվածնի տվիչի
արձագանքը փոքր 18վ,
աշխատանքը ներկառուցված
մարտկոցներից 90ր, Դիտարկման
հնարավորությունները՝ թայմերի
առկայություն բոլոր ռեժիմներում,
ներկառուցված 15՛6 դոլյմանոց
մոնիտոր: Կորերի արտացոլման
հնարավորության առկայություն՝
ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2,
Հալոտան, Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան,
սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին:
Գրաֆիկական և թվային տրենդների

առակայություն - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. /exp., O2 insp./exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն: Տափնապնեղի պահպանում և արտահանում: Սարքը հնարավորություն ունի հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I:E, CO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլուրան և սեվոֆլուրան, Freshgas պորտ (ACGO): Նշված տեխնիկական բնութագրին համարժեք են՝ Draeger Fabius Plus կամ համարժեք Lowenstein Leon Plus սարքավորումները: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետը 24 ամիս: Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով: Մատակարարը կապահովի

				<p>սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը և փորձնական աշխատանքի կազմակերպումը կկատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից, օգտագործման ձեռնարկ: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO1348, CE Mark (Directive 93/42/EEC):</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-67/24
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					