

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-69/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |  |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|--|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                       | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | CMS800G               | CMS800G             | CMS800G | CONTEC MEDICAL<br>SYSTEMS CO.,LTD ,<br>China | <p style="text-align: center;">Ֆետալ մոնիտորը<br/>(կարդիոտոկոգրաֆ) ունի 8" LED<br/>Էկրան, 3 ալիք /FHR1, FHR2, UC/:</p> <p style="text-align: center;">Ջերմային տպիչ, տպման<br/>արագությունը - 1, 2, 3 սմ/մմ,<br/>թուղթը քաշելու ֆունկցիա<br/>RS-232C/USB և RJ45 ծրագրի<br/>առկայություն և վտոմատ CTG<br/>վերլուծություն Պտղի սրտի բաբախի<br/>մուտքային ազդանշան:<br/>Ուլտրաձայնային իմպուլսային<br/>դոպլեր Ուլտրաձայնային<br/>հաճախականությունը: 1,0 Mhz<br/>Ուլտրաձայնային հզորությունը:<br/>«10mW/cm2 Պտղի սրտի բաբախի</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>միջակայքը 50-240 երբ Պտղի սրտի բաբախի ճշգրտությունը:120-160 երբ : -/+1երբ, բացառությամբ : 120-160 երբ : -/+2երբ Արգանդի կրճատման մուտքային ազդանշան : արտաքին տվիչ Չափման միջակայքը: 0-99 միավոր Հզորությունը: 100-240 VAC(50/60 Hz), 1,2A Ուլտրաձայնային դոպլեր և արգանդի կրճատման տվիչների պարտադիր առկայություն: CE, ISO 9001, ISO 13485 վկայականներ: Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի անգլերեն ձեռնարկ: Երաշխիք՝ 12 ամիս: Մատակարարը ապահովում է սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, փորձնական աշխատանքի կազմակերպումը բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-69/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |   |   |
|------------|------------------------|---------------|---------|---|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя                | технические характеристики  |
| 1          | CMS800G                | CMS800G       | CMS800G | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD ,<br>China | Фетальный монитор (кардиотокограф) имеет 8'' LED экран, 3 канала /FHR1, FHR2, UC/. Термопринтер, скорость печати - 1, 2, 3 см/мм, функция вытягивания бумаги, наличие программы RS-232C/USB и программа RJ45 . Автоматический анализ КТГ Входной сигнал сердцебиения плода. Ультразвуковой импульсный доплер Ч астога ультразвука. 1,0 МГц Ультразвуковая мощность. «10 мВт/см2 Диапазон пульса плода 50-240 уд./мин. Точность сердечного ритма плода 120-160 |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>ударов в минуту. -/+1 ударов в минуту, за исключением: 120-160 ударов в минуту. -/+2 удара в минуту Входной сигнал для сокращения матки. внешний датчик. Диапазон измерения 0-99 баллов Власть 100-240 В переменного тока (50/60 Гц), 1,2 А УЗИ-доплер и обязательное наличие датчиков сокращения матки. Сертификаты CE, ISO 9001, ISO 13485. Устройство новое, неиспользованный, в закрытой заводской упаковке, с руководством пользователя на английском языке. Гарантия 12 месяцев. Поставщик обеспечивает безопасную транспортировку оборудования, организует опытных работ на территории медицинского центра в присутствии представителя заказчика. Техническое обслуживание сертифицированным специалистом в течение гарантийного срока.</p> |
|--|--|--|--|---|