

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-69/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | CMS800G | CMS800G | CMS800G | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD , China | <p style="text-align: center;">Ֆետալ մոնիտորը (կարդիոտոկոգրաֆ) ունի 8" LED Էկրան, 3 ալիք /FHR1, FHR2, UC/:</p> <p style="text-align: center;">Ջերմային տպիչ, տպման արագությունը - 1, 2, 3 սմ/մմ, թուղթը քաշելու ֆունկցիա RS-232C/USB և RJ45 ծրագրի առկայություն և վտոմատ CTG վերլուծություն Պտղի սրտի բաբախի մուտքային ազդանշան: Ուլտրաձայնային իմպուլսային դոպլեր Ուլտրաձայնային հաճախականությունը: 1,0 Mhz Ուլտրաձայնային հզորությունը: «10mW/cm2 Պտղի սրտի բաբախի</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>միջակայքը 50-240 երբ Պտղի սրտի բաբախի ճշգրտությունը:120-160 երբ : -/+1երբ, բացառությամբ : 120-160 երբ : -/+2երբ Արգանդի կրճատման մուտքային ազդանշան : արտաքին տվիչ Չափման միջակայքը: 0-99 միավոր Հզորությունը: 100-240 VAC(50/60 Hz), 1,2A Ուլտրաձայնային դոպլեր և արգանդի կրճատման տվիչների պարտադիր առկայություն: CE, ISO 9001, ISO 13485 վկայականներ: Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի անգլերեն ձեռնարկ: Երաշխիք` 12 ամիս: Մատակարարը ապահովում է սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, փորձնական աշխատանքի կազմակերպումը բժշկական կենտրոնի տարածքում` պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները` սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-69/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | CMS800G | CMS800G | CMS800G | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD , China | Фетальный монитор (кардиотокограф) имеет 8'' LED экран, 3 канала /FHR1, FHR2, UC/. Термопринтер, скорость печати - 1, 2, 3 см/мм, функция вытягивания бумаги, наличие программы RS-232C/USB и программа RJ45 . Автоматический анализ КТГ Входной сигнал сердцебиения плода. Ультразвуковой импульсный доплер Ч астога ультразвука. 1,0 МГц Ультразвуковая мощность. «10 мВт/см2 Диапазон пульса плода 50-240 уд./мин. Точность сердечного ритма плода 120-160 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ударов в минуту. -/+1 ударов в минуту, за исключением: 120-160 ударов в минуту. -/+2 удара в минуту Входной сигнал для сокращения матки. внешний датчик. Диапазон измерения 0-99 баллов Власть 100-240 В переменного тока (50/60 Гц), 1,2 А УЗИ-доплер и обязательное наличие датчиков сокращения матки. Сертификаты CE, ISO 9001, ISO 13485. Устройство новое, неиспользованный, в закрытой заводской упаковке, с руководством пользователя на английском языке. Гарантия 12 месяцев. Поставщик обеспечивает безопасную транспортировку оборудования, организует опытных работ на территории медицинского центра в присутствии представителя заказчика. Техническое обслуживание сертифицированным специалистом в течение гарантийного срока.</p> |
|--|--|--|--|---|