

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԶԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Արյան գազերի և Էլեկտրոլիտների վերլուծիչ	Sensatech	GA-1800B	Sensa Core Medical Pvt. Ltd.	Արյան գազերի և Էլեկտրոլիտների վերլուծիչ Բոլոր սենսորները կամ Էլեկտրոդները գտնվում են մեկ բլոկում: Արյան գազ / Էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ՝ pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac Ընդունելի նմուշներ՝ ամբողջական արյուն (հեպարինացված), զարկերակային, խառը երակային, մազանոթային Նմուշի ծավալը՝ արյան գազ / Էլեկտրոլիտ/մետաբոլիտ՝ 120 մկլ Հաշվարկվող պարամետրերը՝ SO2%, HCO3-, TCO2, Be-efc, Be-b, O2Ct,

O2Cap, A, AaDO2, a/A, RI, PO2/FIO2, Anion Gap, Hb, nCa Ճշգրտված ջերմաստիճանը՝ pH, PCO2, PO2 Թողունակությունը ժամում 30 նմուշ

Տրամաչափման քարթրիջի ծառայության ժամկետը 28 օր Ռեակտիվների պահպանման ժամկետը սենյակային ջերմաստիճանում 18-ից 30°C 12 ամիս Քարթրիջը՝ 100 թեստ

Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB

Էլեկտրասնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար 300 թեստի համար ռեագենտների առկայություն

Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն

Սարքավորումը կլինի կոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար

Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Directive

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ви Кей Инжиниринг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					