

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԶԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով	MedCare	DHQ-7700	MedCare Innovations Pvt. Ltd.	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով Դյուրակիր, թեթև, ավտոմատ արտաքին մարտկոց կամ մարտկոցով աշխատող սարք՝ կյանքի հիմնական աջակցություն պահանջող հիվանդների բուժման համար: Ամբողջ սարքի քաշը՝ առանց մարտկոցների կամ մարտկոցի, հեշտացնում է փոխադրումը: Ընդհանուր չափերը հեշտացնում են պահումը և տեղափոխումը: Սարքի կառուցվածքը նախատեսված է բժշկի գրասենյակում և (կամ)

հիվանդանոցում գործնական բնորոշ պայմաններին դիմակայելու համար:

Սարքը կարող է դիմակայել շտապօգնության հետ կապված ծանր աշխատանքային պայմաններին: Սարքն անվտանգ է օգտագործման և՛ օպերատորի, և՛ հիվանդի համար Դեֆիբրիլյատոր Գործառնական ռեժիմները՝ ձեռքով, AED, պեյսեր, EUG, SpO2 Էներգետիկ քայլեր. 1-ից 360 Ջոուլ՝ 14 քայլ Բեռնաթափում. 90 հարված 360 Ջոուլով 20 ° C շերմաստիճանում Կունենա դեֆիբրիլյատորի լիցքավորման վերականգնում 5 վայրկյանում համաձայն IEC 60601-2-28- ի Լիցքավորման ժամանակը (կուտակիչը ամբողջությամբ լիցքավորված է). Լիցքավորման ժամանակը մինչև 200 Ջոուլ. 6 վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ հիմնական լարման / DC հիմնական լարման հետ (մարտկոցը 7 վայրկյանի ընթացքում) Լիցքավորման ժամանակը մինչև 360 Ջոուլ. 12 վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ հիմնական լարման / DC հիմնական լարման հետ (մարտկոցը 14 վայրկյանի ընթացքում)

Հետաձգման ժամանակը. 60 մվրկ սինխրոնիզացիայի իմպուլսի և էներգիայի լիցքաթափման միջև Կոլենա EУԳ- մոնիտորինգ EУԳ մոնիտոր` 3/5 Lea Արտածումներ I, II, III, aVR, aVL, aVF, շեղբեր, բարձիկներ Էկրանի չափը` 7" TFT-LCD Էկրան Թողունակությունը` 1200x800 պիքսել Ֆիլտր` միացվող 50 Հց Գործառույթները` Ազդանշանի ուժեղացում, սիստոլի ազդանշան, սրտի բաբախման զարկերի հաճախություն, թիակի պաշտպանություն, էներգետիկ աստիճան, մարտկոցի հզորություն, սրտի տազնապի սահմանափակումներ Տազնապ. փոփոխական` բարձր և ցածր սրտի բաբախների համար Պուլս-օքսիմետրիա - մոդուլ: Ինդիկացիոն ցուցանիշի սահմանը. 100-ից 0% Ստուգաչափման միջակայքը. 100-ից 50% Չափման ճշգրտություն` SpO2 Մեծահասակները` 100-ից 70% ± 2 նիշ, 69-ից 50% ± 3 նիշ Գործառնական ռեժիմ` շարունակական Իրականացման ժամանակը` 2 վրկ Կոլենա տպիչ Տպիչի տեսակը. Ջերմային

փոխանցման գլխիկ, 1-ալիքային
Թողունակությունը՝ 8 բիթ / 200 կետ/
դույմ Գործառնական ռեժիմներ.
Ավտոմատ տպում (պրոտոկոլային
տպագրություն, որը ցույց է տալիս 5
վրկ. առաջ դեպքերը
դեֆիբրիլյացիայից առաջ և 5 վրկ.
հետո) ECG տպագրություն (EKG
առցանց պրոտոկոլային
տպագրություն) 1/3 ալիքային
տպագիր, 4 ալիքային ձևաչափ
Անվտանգություն՝ Դասակարգում.
Պաշտպանության տեսակ II, տեսակ
BF, բժշկական սարքի դաս 2b
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220Վ/50Հց և
փոփոխվող մարտկոցով Փոփոխվող
մարտկոց. 12Վ 2500mAh, Li-ion
մարտկոց մարտկոց Քաշը՝ 7 կգ
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
Սարքավորումը կլինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը 24 ամիս Որակի

					վկայականներ ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ви Кей Инжиниринг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15					