

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի            |                               |   |  |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը         | ապրանքային<br>նշանը           | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 55                 | ДС-ИФА-Тиройд-<br>Т4свободный | ДС-ИФА-Тиройд-<br>Т4свободный | ООО «НПО<br>‘Диагностич еские<br>системы’ | T4 Free որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ:<br>Կորեյացիայի գործակից` 0.981, Չգայունությունը`<br>0.046±0.026 ng/dl: CE mark կամ ISO 13485<br>սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ: արյան<br>շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության<br>ժամկետի առկայություն*(տես<br>ծանոթությունը): Ֆիրմային նշանի առկայությունը:<br>Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic<br>only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել<br>իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի<br>ցանկության: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԿԾ-ՈԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԲԱԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 55         |                        |               |                            |                            |