

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                   |  |  |  |   |
|--------------------|--|--|--|--|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                | ապրանքային<br>նշանը                                  | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը                               | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5                  | Պացիենտի սայլակ<br>հիվանդների<br>տեղափոխման<br>համար | Պացիենտի սայլակ<br>հիվանդների<br>տեղափոխման<br>համար | Պացիենտի սայլակ<br>հիվանդների<br>տեղափոխման<br>համար | Պացիենտի սայլակ<br>հիվանդների<br>տեղափոխման<br>համար | Ընդհանուր չափ (Ե x Լ)՝ ոչ ավելի<br>քան 1900x540mm մմ, շեղում ոչ<br>ավելի քան 3% Բարձրության<br>կարգաբերում ոչ պակաս քան<br>620-880 մմ միջակայքում Շրջանակը՝<br>մետաղական Պատգարակը պետք է<br>լինի տեղափոխվող Սպիտակեղենի<br>համար նախատեսված զամբյուղով<br>Բարձրությունը կարգավորվող<br>Կողային ռելսեր՝ ծավիղ կողային<br>ռելսերի առկայություն Արգելակման<br>համակարգով Վերևում ֆիքսված<br>փափուկ լվացվող<br>պաստառապատմամբ, հրակայուն<br>Անիվներ՝ ոչ պակաս քան չորս |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>անձայն անիվներ, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 125 մմ Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 150 կգ Թիկունքի հատվածի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 0-55° միջակայքում Լրակազմ և պարագաներ Ներերակային կաթիլային շտատիվով Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO 13485 կամ համարժեք CE Mark կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                          |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|
|            | фирменное наименование                      | товарный знак                               | марка                                       | наименование производителя                  | технические характеристики  |
| 5          | Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար | Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար | Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար | Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար | Ընդհանուր չափ (Ե x Լ)՝ ոչ ավելի քան 1900x540mm մմ, շեղում ոչ ավելի քան 3% Բարձրության կարգաբերում ոչ պակաս քան 620-880 մմ միջակայքում Շրջանակը՝ մետաղական Պատգարակը պետք է լինի տեղափոխվող Սպիտակեղենի համար նախատեսված զամբյուղով Բարձրությունը կարգավորվող Կողային ռելսեր՝ ծավիղ կողային ռելսերի առկայություն Արգելակման համակարգով Վերևում ֆիքսված փափուկ լվացվող պաստառապատմամբ, հրակայուն Անիվներ՝ ոչ պակաս քան չորս |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>անձայն անիվներ, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 125 մմ Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 150 կգ Թիկունքի հատվածի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 0-55° միջակայքում Լրակազմ և պարագաներ Ներերակային կաթիլային շտատիվով Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO 13485 կամ համարժեք CE Mark կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|---|