

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ)	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ)	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ)	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ)	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) Էլեկտրական մահճակալ. Ոչ պակաս քան 3 գործառույթ Գործառույթը (ոչ պակաս քան ներկա ֆունկցիաներից կամ անալոգ)՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, բարձրության կարգավորում, մահճակալի գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2100x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մեջքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-75° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-40° միջակայքում

Մահճակալի նվազագույն բարձրությունը գետնից 450-540 մմ միջակայքում Բարձրության կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 150 մմ Մահճակալի հիմնական մասի վրա պետք է կիրառված լինի բարձրորակ ածխածնային պողպատ, ամբողջ մակերեսի մշակված է հակակոռոզիոն եմալային ներկով՝ հակաբակտերիալ փոշուց Հանգիստ և ամուր Էլեկտրական շարժիչները պետք է ապահովեն հուսալի շահագործում, աշխատանքի ընթացքում ցածր աղմուկ Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի ոչ պակաս քան 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Արգելակային համակարգի առկայություն Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում ABS գլուխ / ոտքի տախտակ, հանվող Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Էլեկտրական ձեռքի հեռակառավարիչի առկայություն Քաշի բեռը՝ ոչ պակաս քան 200 կգ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ

				<p>ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Պետք է ունենա ներքևակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, ընդհանուր չափը ոչ պակաս քան Ե / L / Բ` 1925x820x80 մմ, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար և մեզի պայուսակի կախիչ, կողային ծալովի բազրիքներ (գույգ) Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք CE Mark կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Ֆուսկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ)	Ֆուսկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ)	Ֆուսկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ)	Ֆուսկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ)	Ֆուսկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) Էլեկտրական մահճակալ. Ոչ պակաս քան 3 գործառույթ Գործառույթը (ոչ պակաս քան ներկա ֆուսկցիաներից կամ անալոգ)՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, բարձրության կարգավորում, մահճակալի գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2100x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մեջքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-75° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-40° միջակայքում

Մահճակալի նվազագույն բարձրությունը գետնից 450-540 մմ միջակայքում Բարձրության կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 150 մմ Մահճակալի հիմնական մասի վրա պետք է կիրառված լինի բարձրորակ ածխածնային պողպատ, ամբողջ մակերեսի մշակված է հակակոռոզիոն եմալային ներկով՝ հակաբակտերիալ փոշուց Հանգիստ և ամուր Էլեկտրական շարժիչները պետք է ապահովեն հուսալի շահագործում, աշխատանքի ընթացքում ցածր աղմուկ Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի ոչ պակաս քան 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Արգելակային համակարգի առկայություն Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում ABS գլուխ / ոտքի տախտակ, հանվող Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Էլեկտրական ձեռքի հեռակառավարիչի առկայություն Քաշի բեռը՝ ոչ պակաս քան 200 կգ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ

				<p>ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Պետք է ունենա ներքևակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, ընդհանուր չափը ոչ պակաս քան Ե / L / Բ` 1925x820x80 մմ, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար և մեզի պայուսակի կախիչ, կողային ծալովի բազրիքներ (գույգ) Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք CE Mark կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---