

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃՁԲ-24/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	Roche Diabetes Care	Accu-Chek Active	Accu-Chek Active	Roche Diabetes Care	Ակկու-Չեք Ակտիվ թեստ-երիզներ N 50 REF 07124112227 Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Արյան ծավալը՝ 1-2 մլ Կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Անգեն աչքով ստուգելու հնարավորություն Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջների թեստ-երիզները հնարվոր է կիրառել միայն Ակկու-

				<p>Չեք Ակտիվ շաքարաչափերի հետ: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ +2 մինչև +30 C: CE0123՝ տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դերեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին:</p> <p>Աշխատանքային ջերմաստիճանն +8-ից մինչև 42: Գործառնական բարձրություն՝ մինչև 4000 մ ծովի մակարդակից: Տվյալների փոխանցում համակարգչին՝ USB (MicroB): Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր (ավտորիզացիա) և հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով: Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ, տուփը պետք է լինի փակ, ռուսերեն մակնշմամբ, չորս կողմից տուփի վրա պետք է առկա լինի նույն պատկերը Նշված քանակի թեստերի հետ կմատակարարվի 30 հատ Accu-Chek Active սարք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220100000-000000000-24/07
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
48					