

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԵԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
47	SAV GROUP LLC	SAV MEDICAL	SAV GROUP LLC	<p>Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, 5.0 մլ:                      Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով:                      Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ:                      Կափարիչի գույնը՝ դեղին: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պիտակի առկայություն՝ պացիենտի անուն/ ազգանուն, նմուշառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ: : Ֆիրմային նշանի առկայությունը փորձանոթի վրա պարտադիր է:                      Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԴԵՂՈՂԱՅՔԱԲԼԱ նախքան ներկայացնում է լիարժեք նկարագրագրությունը և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պատահաբար առկա է ինչպես նաև նմանատիպ ծավալի սնունդ և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պատահաբար առկա է նաև նմանատիպ ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը փորձանոթի վրա պատահաբար է : Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պատահաբար in vitro diagnostics և ունենան CE (Conformité Européene) նշան : Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն\*(տես ծանոթությունը):

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
47	SAV GROUP LLC	SAV MEDICAL	SAV GROUP LLC	Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, 5.0 մլ: Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակուումային, մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով: Փորձանոթի ծավալը՝ 5 մլ, չափսերը՝ 13 * 100 մմ: Կափարիչի գույնը՝ դեղին: Փորձանոթի վրա պատահաբար պետք է լինի նմանատիպ ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պատահաբար առկա է ինչպես նաև նմանատիպ ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ : Ֆիրմային նշանի առկայությունը փորձանոթի վրա պատահաբար է : Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պատահաբար in vitro diagnostics և ունենան CE (Conformité Européene) նշան : Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):

