

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռուլոբինիգենի — բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածո	Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռուլոբինիգենի — բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածո	Ռուսաստան , Հնդկաստան, Չինաստան, ՌԻկրահնա , Բելոռուս	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստերից, համատեղելի առնվազն Accu-Chek, GlucoPLus, WellionCalla Light, Control Plus շաքարաչափերի հետ: Այլ մոդելի շաքարաչափ սարքերի առաջարկների դեպքում ավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացված շաքարաչափով կատարված հետազոտության 1 արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի 12%-ը և ունենա առնվազն ` ISO 13485, ISO 15197 ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը` առնվազն 25 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս քան 9 ամիս: Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 տոկոսի

				առկայություն: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել Շաքարաչափ սարք(եր)ը: ( թվով 12 հատ ) :
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22				