

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ	Ավտոկլավ Ավտոկլավ ուղղահայաց գոլորշիով ոչ պակաս քան 100 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է Պետք է ունենա չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից,

միանում է տափնապը և դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Սարքի ստերիլիզացման խցիկը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար Նախատեսված լինի վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը ոչ պակաս քան 121°C-134°C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը ոչ պակաս քան 1-99րոպե միջակայքում Չորացման ժամանակը ոչ պակաս քան 1-99րոպե միջակայքում Տաքության շեղումը $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Պետք է

				<p>ունենա դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար Սնուցումը 3804ուտ, 50/60Հց, ոչ ավելի քան 14 Կվատտ Սարքի հետ պետք է մատակարարվի նաև գոլորշու մարիչ ավտոկլավից դուրս մղվող տաք գոլորշու ջերմաստիճանը իջեցնելու նպատակով՝ հետագայում գոլորշին պլաստիկ կոյուղի մղելու համար Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխստերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Автоклав	Автоклав	Автоклав	Автоклав	Автоклав Вертикальный паровой стерилизатор объемом не менее чем 100 литров Процесс стерилизации контролируется автоматически Должен иметь функцию сушки для достижения сушки стерилизованных материалов. Автоматическая защита от высокой температуры и высокого давления. Автоматическая защита от открывания дверей. Сигнал тревоги указывает на то, что давление в стерилизационной камере превышает 0,27 МПа или 2,7 бар,

сигнал тревоги включен, и дверцу открыть невозможно. Защита от низкого уровня воды.

Стерилизационная камера прибора должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Максимальное рабочее давление не менее чем 0,22 МПа или 2,2 бар. Предназначен для стерилизации хирургических инструментов и принадлежностей, стеклянной тары, медицинской и экспериментальной одежды, медицинских перчаток.

Предназначен для автоматической дезинфекции каждого предмета, а также для возможности программирования режимов оператором. Максимальная рабочая температура не менее чем 134°C

Контроль температуры не менее чем в диапазоне 121°C-134°C

Время дезинфекции не менее чем в диапазоне 1-99 минут

Время высыхания не менее чем в диапазоне 1-99 минут

Отклонение температуры $\pm 2^\circ\text{C}$

Должен иметь дисплей для отображения рабочих параметров. Источник питания: 380 В, 50/60 Гц, не более чем 20 кВт В

				<p>комплект поставки также должен входить парогаситель с целью снижения температуры горячего пара, выходящего из автоклава, для последующей выхода пара в пластиковую канализационную</p> <p>Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках Должен быть новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42 / EEC) или FDA или эквивалент</p>
--	--	--	--	--