

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի       |                          |                          |                          |  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը    | ապրանքային<br>նշանը      | մակնիշը                  | արտադրողի<br>անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 11                 | Վիրաբուժական<br>արտածծիչ | Վիրաբուժական<br>արտածծիչ | Վիրաբուժական<br>արտածծիչ | Վիրաբուժական<br>արտածծիչ | Վիրաբուժական արտածծիչ<br>Արտածծիչը օգտագործվում է<br>հիմնական վիրաբուժական և այլ<br>միջամտություններում Շարժական 4<br>հակաստատիկ անիվներով Ոչ<br>պակաս քան երկու<br>աստիճանավորված յուրաքանչյուրը<br>ոչ պակաս քան 2000 մլ<br>տարողությամբ պոլիկարբոնատից<br>կամ համարժեք նյութից<br>պատրաստված բազմակի<br>օգտագործման տարաների<br>առկայություն Տարաները<br>օդաանթափանց պտուտակավոր<br>կափարիչով Անյուդ, սպասարկում |

չպահանջող շարժիչի առկայություն, առավելագույն արտածումը ոչ պակաս քան 600-ից 700 մմ ս.ս. սահմաններում, հոսքը՝ ոչ պակաս քան 45 լ / րոպե Սարքը պետք է հագեցած լինի շարժիչի պաշտպանիչ կափարիչով, որն ամբողջովին կանխում է ներծծվող հեղուկների կամ արտանետումների պոմպի մեջ մտնելը Վակուումետրի առկայություն և ներծծման ուժի սահուն կարգավորում Աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավել քան 55 dBA Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (Օրինակ՝ սիլիկոնե խողովակները, ոչ պակաս քան 4 հակաբակտերիալ ֆիլտրեր, 4 հատ կանյուլա իր բռնակներով և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | վկայականներ (առկայություն)<br>ISO13485 կամ համարժեք CE Mark<br>(Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ<br>համարժեք |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/92 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                 |                                    |                                    |                                    |  |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование             | товарный знак                      | марка                              | наименование производителя         | технические характеристики   |
| 11         | Хирургический отсасывающий аппарат | Хирургический отсасывающий аппарат | Хирургический отсасывающий аппарат | Хирургический отсасывающий аппарат | Хирургический отсасывающий аппарат Отсасывающее устройство для крупных хирургических вмешательств и других процедур Мобильный на 4 колесах Наличие не менее чем 2-х градуированных отсасывающих баллонов объемом не менее чем 2000 мл каждый, изготовленных из поликарбоната или аналогичного материала многоразового использования Канистры с воздухонепроницаемой завинчивающейся крышкой Наличие двигателя, не требующего технического обслуживания и |

смазки, безмасляный,  
максимальное всасывание не менее  
чем 600-700 мм рт. ст., поток не  
менее чем 45 л/мин Аппарат должен  
быть оснащен защитным колпачком  
двигателя, который полностью  
предотвращает попадание  
аспирационных жидкостей или  
выделений в насос Наличие  
вакуумметра и плавной регулировки  
силы всасывания Уровень шума: не  
более чем 55 дБА Источник  
питания: 220В, 50/60 Гц Набор и  
аксессуары: Установка и запуск  
Обучение персонала на месте  
Руководство пользователя на  
армянском, английском или  
русском языках Должен быть  
новый, неиспользованный В  
комплект входят все необходимые  
дополнительные устройства и  
принадлежности для полноценной  
работы оборудования (например,  
силиконовые трубки,  
антибактериальные фильтры не  
менее чем 4 штук, набор из 4  
канюль с держателями и т.д.)  
Гарантия не менее чем 24 месяцев  
Сертификаты качества (наличие):

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | ISO 13485 или эквивалент CE Mark<br>(Directive 93/42 / EEC) или FDA или<br>эквивалент |
|--|--|--|--|--|---|