

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ՁԻ ԸՆԴ ԷՅ ՁԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |  |   |
|-----------------|--------------------|--|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 77              | թեստ-երիզ          | Չինաստան<br>Հնդկաստան<br>Ռուսաստան<br>Ուկրաինա<br>Բելառուսիա<br>Եվրոպա | արյան մեջ գլյուկոզի որոշման ակտու-Չեկ պերֆորմա սարքի թեստ-երիզներ, ֆորմատը՝ 50-100 հատնմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն: Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոքիմիական: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը՝ 5վրկ: արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ: հեմատոկրիտի թուլլատրեի միջակայքը՝ 10-65%կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ: թեստ-երիզների ժամկետը՝ չի փոփոխվում անկախ սրվակի բացման պայմանից: համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 CE0088 չափորոշիչների պահանջներին:մասնակիցը կներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված հի տարածքում վաճառքի արտոնագիր (ավտորիզացիա) և հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով : հանձնման պահին ապրանքը կունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանիության ժամկետ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EQXQTR-25/9  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |                               |                            |
|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 77         |                           |                               |                            |