

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեսագաստրոսկոպ	Aohua	VGT-Q50J	Aohua Endoscopy Co. LTD	Տեսագաստրոսկոպ Ներկառուցված գունավոր բարձր թույլատրելիության մատրիցա դիստալ վերջույթում • հաղորդվող պատկերի ստանդարտ` UHD, • «CBI» համակարգի աջակցություն օպտիկական մակարդակով` պատկերի ստացում լուսավորության հատուկ սպեկտրում մազանոթների կառուցվածքի և լորձաթաղանթի այլ փոփոխությունների ընդգծման համար, • զննության ուղղությունը` 0° (ուղիղ զննում), • տեսադաշտի անկյունը` 145°, • ֆոկուսային խորության տիրույթը` 2-100 մմ, •

դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ 9.2 մմ, • ընկղմվող փողակի տրամագիծը՝ 9.2 մմ, • ներքին գործիքային փողի՝ 2.8 մմ, • աշխատող մասի թեքման անկյունները՝ 210° վերև, 120° ներքև, 110° ձախ/աջ, • աշխատող մասի երկարությունը՝ 1100 մմ, • ընդհանուր երկարությունը՝ 1400 մմ, • նվազագույն տեսանելի տարածությունը դիստալ վերջույթից՝ 2 մմ, • ջուր/օդ կափույրների ավտոկլավացման և ասպիրացիայի հնարավորություն, • Էնդոսկոպի վրա էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ աշխատելու համար հատուկ միակցիչի առկայություն, • Էնդոսկոպի բռնակի վրա հեռակառավարման համար 4 ծրագրավորվող սեղմակների առկայություն, • ջրի շթի առանձին փողի առկայություն • կիզակետի կարգաբերման գործառույթ

Էնդոսկոպիկ բռնակից • Պաշտպանության աստիճանը՝ IP56 • Տեսահամակարգին միացման միակցիչը D4-36/VGT տիպի Ապրանքը պետք նոր է, չօգտագործված, լրակազմում

				<p>լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, այդ թվում հերմետիկության ստուգման սարքավորումը, պահեստային փանականները: Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայագրեր՝ ISO 9001, ISO 13485:2016, CE 93/42/EEC annex II</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ԷԱԱՊՁԲ 2024-19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Տեսագաստրոսկոպ	Aohua	VGT-Q50J	Aohua Endoscopy Co. LTD	Տեսագաստրոսկոպ Ներկառուցված գունավոր բարձր թույլատրելիության մատրիցա դիստալ վերջույթում • հաղորդվող պատկերի ստանդարտ` UHD, • «CBI» համակարգի աջակցություն օպտիկական մակարդակով` պատկերի ստացում լուսավորության հատուկ սպեկտրում մազանոթների կառուցվածքի և լորձաթաղանթի այլ փոփոխությունների ընդգծման համար, • զննության ուղղությունը` 0° (ուղիղ զննում), • տեսադաշտի անկյունը` 145°, • ֆոկուսային խորության տիրույթը` 2-100 մմ, •

դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ 9.2 մմ, • ընկղմվող փողակի տրամագիծը՝ 9.2 մմ, • ներքին գործիքային փողի՝ 2.8 մմ, • աշխատող մասի թեքման անկյունները՝ 210° վերև, 120° ներքև, 110° ձախ/աջ, • աշխատող մասի երկարությունը՝ 1100 մմ, • ընդհանուր երկարությունը՝ 1400 մմ, • նվազագույն տեսանելի տարածությունը դիստալ վերջույթից՝ 2 մմ, • ջուր/օդ կափույրների ավտոկլավացման և ասպիրացիայի հնարավորություն, • Էնդոսկոպի վրա էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ աշխատելու համար հատուկ միակցիչի առկայություն, • Էնդոսկոպի բռնակի վրա հեռակառավարման համար 4 ծրագրավորվող սեղմակների առկայություն, • ջրի շփ առանձին փողի առկայություն • կիզակետի կարգաբերման գործառույթ • Էնդոսկոպիկ բռնակից • Պաշտպանության աստիճանը՝ IP56 • Տեսահամակարգին միացման միակցիչը D4-36/VGT տիպի Ապրանքը պետք նոր է, չօգտագործված, լրակազմում

				<p>լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, այդ թվում հերմետիկության ստուգման սարքավորումը, պահեստային փանականները: Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայագրեր՝ ISO 9001, ISO 13485:2016, CE 93/42/EEC annex II</p>
--	--	--	--	---