

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/112 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Meditech Equipment Co.,Ltd,,	EKG1212T	EKG1212T	Meditech Equipment Co.,Ltd,,	ԷՍԳ շարժական : Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ : Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ : LCD դիսփլեյ. անկյունագիծը 8" : Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ : Չգայունություն, մմ / մվ` 2,5, 5, 10, 20, 40 ավտոմատ: Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով : ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5]

կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լին
ինդեքս P, R, T առանցք:
Հաճախականությունների սահմանը,
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ :
Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հգ :
Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն
անկախ յուրաքանչյուր Էլեկտրոդի և
պեյսմեյկերի հայտնաբերման
համար : Ձայնագրման եղանակը՝
ջերմային թուղթ Տարլուծումը՝ 8 կետ
/ մմ : Ձայնագրող թուղթ 210մմ x 30մմ
: Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /
վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի
կողմից ընտրելի :Ներքին
վերալիցքավորվող մարտկոց :
Մարտկոցի գործարկման
ժամանակը 90 րոպե : Միացման
ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերա :
Ավտոմատ ԷՍԳ վերլուծության և
առիթմիայի ճանաչման գործառույթի
առկայություն:
Էլեկտրասրտագրությունների
ավտոմատ մեկնաբանության
առկայություն: Էլեկտրոսնուցումը՝
220 Վ / 50 Հգ: Ռուսերեն և անգլերեն
մենյուի առկայություն :
Աքսեսուարներ : 1. Հիվանդի

				<p>մալուխ: 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ : 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ : 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել : 5. 2 թղթի փաթույթ : Լրակազմ և պարագաներ : Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում տեղում : Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն : Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված : Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար : Երաշխիքը 24 ամիս : Որակի վկայականներ (առկայություն) : ISO13485 : CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗПԻԼԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/112 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Meditech Equipment Co.,Ltd,,	EKG1212T	EKG1212T	Meditech Equipment Co.,Ltd,,	Портативная ЭКГ. Запись результатов ЭКГ. 12 стандартных постановок. Запись каналов. 1/3 по выбору пользователя. ЖК-дисплей. диагональ 8". Переключение выходов: ручное и автоматическое. Чувствительность, мм/мс: 2,5, 5, 10, 20, 40 автомат. Калибровочный сигнал: автоматический и ручной. Измерения ЭКГ: все выходы, среднее, скорректированное ЧСС среднее RR PR интервал QRS продолжительность интервала QT и интервала QTc, максимум R [V5] или [V6] и S [V1, Индекс Соколова-

Лиона. Предел частоты:
Дефибрилляция по стандартам
АAMI 2011: 0,05...150 Гц и для
обнаружения кардиостимулятора.
Способ записи: термобумага.
Разрешение: 8 точек/мм. 210 мм x
30 м Скорость записи: 5/10/50 мм
Внутренняя аккумуляторная
батарея: стандартная или функция
Кабрера: Наличие автоматической
интерпретации
электрокардиограмм: 220 В/50 Гц.
Наличие русского и английского
меню. Аксессуары. 1. Кабель
пациента. 2. 6 электродов грудных
конечностей. 3. 4 электрода для
конечностей. 4. 1 флакон геля для
ЭКГ. 5. 2 пачки бумаги.
Оборудование и аксессуары.
Установка и запуск. Обучение
персонала на месте. Руководство
пользователя на английском языке.
Оборудование новое,
неиспользованное. В комплект
входят все необходимые
дополнительные устройства и
аксессуары, необходимые для
полноценной работы. Гарантия
составляет 24 месяца.

					Сертификаты качества (наличие). ISO13485. Маркировка CE (Директива 93/42/ЕЕС)
--	--	--	--	--	---