

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/112 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Meditech Equipment Co.,Ltd,,	EKG1212T	EKG1212T	Meditech Equipment Co.,Ltd,,	ԷՍԳ շարժական : Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ : Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ : LCD դիսփլեյ. անկյունագիծը 8" : Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ : Չգայունություն, մմ / մվ` 2,5, 5, 10, 20, 40 ավտոմատ: Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով : ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, առավելագույն R [V5]

կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լին  
ինդեքս P, R, T առանցք:  
Հաճախականությունների սահմանը,  
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի  
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC  
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ :  
Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հգ :  
Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն  
անկախ յուրաքանչյուր Էլեկտրոդի և  
պեյսմեյկերի հայտնաբերման  
համար : Ձայնագրման եղանակը՝  
ջերմային թուղթ Տարլուծումը՝ 8 կետ  
/ մմ : Ձայնագրող թուղթ 210մմ x 30մմ  
: Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /  
վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի  
կողմից ընտրելի :Ներքին  
վերալիցքավորվող մարտկոց :  
Մարտկոցի գործարկման  
ժամանակը 90 րոպե : Միացման  
ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա :  
Ավտոմատ ԷՍԳ վերլուծության և  
առիթմիայի ճանաչման գործառույթի  
առկայություն:  
Էլեկտրասրտագրությունների  
ավտոմատ մեկնաբանության  
առկայություն: Էլեկտրոսնուցումը՝  
220 Վ / 50 Հգ: Ռուսերեն և անգլերեն  
մենյուի առկայություն :  
Աքսեսուարներ : 1. Հիվանդի

				<p>մալուխ: 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ : 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ : 4. 1 շիշ էՍԳ գել : 5. 2 թղթի փաթույթ : Լրակազմ և պարագաներ : Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում տեղում : Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն : Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված : Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար : Երաշխիքը 24 ամիս : Որակի վկայականներ (առկայություն) : ISO13485 : CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗՈՒՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/112 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Meditech Equipment Co.,Ltd,,	EKG1212T	EKG1212T	Meditech Equipment Co.,Ltd,,	Портативная ЭКГ. Запись результатов ЭКГ. 12 стандартных постановок. Запись каналов. 1/3 по выбору пользователя. ЖК-дисплей. диагональ 8". Переключение выходов: ручное и автоматическое. Чувствительность, мм/мс: 2,5, 5, 10, 20, 40 автомат. Калибровочный сигнал: автоматический и ручной. Измерения ЭКГ: все выходы, среднее, скорректированное ЧСС среднее RR PR интервал QRS продолжительность интервала QT и интервала QTc, максимум R [V5] или [V6] и S [V1, Индекс Соколова-

Лиона. Предел частоты:  
Дефибрилляция по стандартам  
АAMI 2011: 0,05...150 Гц и для  
обнаружения кардиостимулятора.  
Способ записи: термобумага.  
Разрешение: 8 точек/мм. 210 мм x  
30 м Скорость записи: 5/10/50 мм  
Внутренняя аккумуляторная  
батарея: стандартная или функция  
Кабрера: Наличие автоматической  
интерпретации  
электрокардиограмм: 220 В/50 Гц.  
Наличие русского и английского  
меню. Аксессуары. 1. Кабель  
пациента. 2. 6 электродов грудных  
конечностей. 3. 4 электрода для  
конечностей. 4. 1 флакон геля для  
ЭКГ. 5. 2 пачки бумаги.  
Оборудование и аксессуары.  
Установка и запуск. Обучение  
персонала на месте. Руководство  
пользователя на английском языке.  
Оборудование новое,  
неиспользованное. В комплект  
входят все необходимые  
дополнительные устройства и  
аксессуары, необходимые для  
полноценной работы. Гарантия  
составляет 24 месяца.

					Сертификаты качества (наличие). ISO13485. Маркировка CE (Директива 93/42/ЕЕС)
--	--	--	--	--	---