

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԶԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-11/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	լիտտորիպտորներ (երիկամներում քարերի փշրման սարքեր)	Jena Surgical	Multipulse Ho 35W	Asclepion Laser Technologies GmbH	Ուռուլոգիական վիրաբուժությունում կիրառման համար՝ հովմիում տեսակի լազերային համակարգ, սարքավորումը նախատեսված է քարափշրման և ուրետրալ ստրիկտուրաների համար, պետք է կիրառելի լինի ցանկացած տեսակի քարերի հեռացման համար, հզորությունը՝ առնվազն 35 վատտ, հաճախականությունը՝ 3-30Հց, ալիքի երկարությունը՝ 2100 Նմ ±20ն/մ, լազերային ճառագայթի ռեժիմ - Իմպուլսային ալիք (pw), Իմպուլսի տևողությունը - 95 - 1900

մս, 1 իմպուլսի ծախսվող էներգիա 0,2-8Ջ տիրույթում, սենսորային LCD մոնիտոր 7", լազերային մանրաթելի աշխատանքային կարգավորիչ դիտակ: Լրակազմը իր մեջ պետք է ներառի լազերային մանրաթելեր, բազմակի օգտագործման համար, առնվազն 2 տարբեր չափի, յուրաքանչյուրից առնվազն 6-ական, մանրաթելերի չափերը լրացուցիչ պետք է համաձայնեցնել մատակարարման ժամանակ, ոտքի անջատիչ, բազմակի օգտագործման մանրաթելերի խնամքի և սպասարկման հավաքածու, լազերային համակարգով աշխատանքի ժամանակ անհրաժեշտ հատուկ ակնոց, հաճախականության և էներգիայի բազմակի համակցությունների ընտրության հնարավորություն, սարքավորումը պետք է հնարավորություն ունենա միացնելու երկար մանրաթել (առնվազն 4,5մ) լեղուղիների քարերի մասնատման համար, սարքավորումը չպետք է ունենա սահմանափակում՝ մանրաթելերը սահմանափակ քանակով

օգտագործելու համար,
օպտիմիզացված փոշիացում և
մասնատում, սարքավորման
հեռակա սպասարկման
հնարավորություն, հովացումը՝
ներքին, ջրային հովացում:
Սարքավորումը կիրառելի է նաև
գինեկոլոգիայում, ՔԿԱ,
վիրաբուժություն ոլորտներում:
Սարքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված, փակ
գործարանային տուփով,
օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ:
Մատակարարը պետք է ապահովի
սարքավորման անվնաս
տեղափոխումը, տեղադրումը,
աշխատանքային ռեժիմի բերումը,
գործարկումը պետք է կատարվի
բժշկական կենտրոնի տարածքում՝
պատվիրատուի ներկայացուցչի
ներկայությամբ: Տեղադրումը,
ուսուցումը և երաշխիքային
ժամկետի ընթացքում տեխնիկական
սպասարկման աշխատանքներ՝
սերտիֆիկացված մասնագետի
կողմից: Երաշխիք ոչ պակաս, քան
24 ամիս: Վկայագրեր և
ստանդարտներ առնվազն
ISO-13485, CE կամ համարժեք:

					Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային սամակի ներկայացում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ви Кей Инжиниринг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-11/25
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					