

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄ ՍԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	Contour Plus	Contour Plus	Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ-երիզ	ASCENSIA Diabetes Care	Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեստ-երիզ Contour Plus գլյուկոմետրի համար և պարտադիր համատեղելի Contour Plus գլյուկոմետրի հետ: Չափման ժամանակահատվածը՝ ոչ ավել, քան՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝0,6մկլ-0.8մկլ: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝0-70%: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Տուփում թեստ-երիզների

քանակը՝ առնվազն 25 հատ:  
Ֆորմատ՝ 1 թեսթ-երիզ: Թեսթ-երիզների պիտանելիության ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից և մատակարարը պարտադիր ներկայացնելու է կայունության /Stability/ սերտիֆիկատ: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Contour Plus գյուկոմետրերի համար (հանդիսանում են փակ համակարգեր), որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ թեսթ-երիզներով: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան՝ 0-30°C: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Թեստ-երիզը համապատասխանում է ISO 15197, ISO 13485 չափորոշիչների պահանջներին: Պարտադիր պայման է հանդիսանում մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից

				<p>Երաշխիքային սամակ: Նշված Երաշխիքային սամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի Երաշխիքային սամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը Երաշխավորվում է արտադրողի կողմից:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-2-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35					