

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	AST	AST	Mindray	<p>"ԱՍԱՏ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված BS-200, BS-120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարրայում թեստերի քանակը 155 թեստ: Փաթեթավորում՝ BS-200, BS-120 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Օգտագործման ձեռնարկում ունենա BS-200, BS-120 ծրագրավորելու սխեման: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only 1 հատ=1 թեստ"</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EMXUQ2P-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
33	AST	AST	Mindray	"ԱՍՍՏ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված BS-200, BS-120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարրայում թեստերի քանակը 155 թեստ: Փաթեթավորում՝ BS-200, BS-120 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Օգտագործման ձեռնարկում ունենա BS-200, BS-120 ծրագրավորելու սխեման: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only 1 հատ=1 թեստ"