

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 59                 | LDH                   | LDH                 | Mindray                | <p>"ԼԴՀ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարրայում թեստերի քանակը 65 թեստ:</p> <p>Փաթեթավորում՝ BS-200 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Օգտագործման ձեռնարկում ունենա BS-200 ծրագրավորելու սխեման: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա չանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only լրակազմ=թեստ"</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQF4-EMXUQ2F-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики  |
| 59         | LDH                    | LDH           | Mindray                    | "ԼԴՀ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարրայում թեստերի քանակը 65 թեստ:<br>Փաթեթավորում՝ BS-200 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Օգտագործման ձեռնարկում ունենա BS-200 ծրագրավորելու սխեման: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only լրակազմ=թեստ" |