

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 41 | SERUM HN | CORMAY | CORMAY DIAGNOSTICS | "Ստուգիչ սիճուկ նորմալ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար Ֆորմատ`5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ` 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only 1հատ=1տուկ" |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УЦРЧ-ЕЦДЦТДР-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 41 | | | | |