

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 25/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	Արյան մեջ պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու	HUMAN	HUMAN Diagnostics	Արյան մեջ պրոտրոմբինային ժամանակի (PT) որոշման հավաքածու (Hemostat Thromboplastine) - լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 6 X 2մլ, նախատեսված Huamո HumaClot վերլուծիչների համար: Ունենա Huamո HumaClot շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն` ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive :

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊԶԲ 25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
48	Արյան մեջ պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու	HUMAN	HUMAN Diagnostics	Արյան մեջ պրոտրոմբինային ժամանակի (PT) որոշման հավաքածու (Hemostat Thromboplastine) - լինֆիլիզացված շիճուկ RGT 6 X 2մլ, նախատեսված Huamո HumaClot վերլուծիչների համար: Ունենա Huamո HumaClot շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, EMASIII, ISO9001, CE IVD Directive :