

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Terumo	Accuforce	.	Terumo	Բալոն չընդլայնվող գնդանոթով: Կաթետերի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 145սմ: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, խոնավ ճնշումը ոչ պակաս, քան՝ 1013ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը՝ ոչ պակաս, քան՝ 2026ԿՊա 2.0-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար, ոչ պակաս, քան՝ 1624ԿՊա՝ 4.5մմ-ից 5.0մմ տրամագծով բալոնների համար: Բալոնները եռաթև են, որը թույլ է տալիս ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի տրամագիծը՝ ոչ ավել, քան՝ 0.43մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի

չափից կաթետերի պահանջվող
չափերն են ըստ
տրամագծի՝ 2.0;2.25; 2.5; 2.75; 3.0;
3.25; 3.5; 3,75;4.0; 4.5; 5.0 մմ:
Կախված անոթի վնասված մասի
չափից կաթետերի պահանջվող
չափերն են ըստ երկարության՝ 6մմ;
8մմ; 12մմ; 15մմ; 20մմ;25մմ; 30մմ:
Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA
որակի վկայականների
առկայությունը պարտադիր է: Նոր է,
չօգտագործված, գործարանային
ստերիլ փաթեթավորմամբ:
Ներառում է տեխնիկական
ցուցանիշները,
առանձնահատկությունները և
օգտագործման կանոնները՝
գործարանային ձեռնարկի ձևով:
Հանձնելու պահին ամբողջ
պիտանելիության ժամկետի
առնվազն 70%-ի առկայություն:
Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ
անհրաժեշտության վերադարձնել
կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ
չափսով, եթե առկա է ապրանքի
ամբողջ պիտանելիության ժամկետի
առնվազն 50%-ը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2025/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Terumo	Accuforce	.	Terumo	Катетр с нерасширяемым баллоном, длина катетера не менее 145см. С гидрофильным покрытием, номинальное давление не менее: 1013 кПа, максимальное давление не менее: 2026 кПа для цилиндров диаметром от 2,0 до 4,0 мм, не менее 1624 кПа для цилиндров диаметром от 4,5 до 5,0 мм. Цилиндры трехлопастные, что позволяет быстро нагнетать давление в цилиндре. Диаметр входного наконечника не более 0,43 мм. В зависимости от величины диаметра оперируемого

				<p>сосуда необходимые размеры катетера по диаметру:2.0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3.75;4,0; 4,5; 5,0 мм. В зависимости от размера поврежденной части сосуда требуемые размеры катетеров по длине 6 мм; 8 мм; 12 мм; 15 мм; 20 мм;25мм;30мм. Формат: шт. Сертификаты качества CE MARK или FDA обязательны для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке.Включает технические характеристики, функции и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 70% всего срока годности на момент поставки. Покупатель имеет право вернуть или заменить размер товара на другой размер по мере необходимости, если в наличии имеется не менее 50% всего срока годности товара.</p>
--	--	--	--	--