

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Terumo	Finecross	.	Terumo	Միկրոկաթետեր, ներսի տրամագիծը դիստալ հատվածում ոչ ավել, քան՝ 0.018"/, պրոքսիմալ հատվածում ոչ ավել, քան՝ 0.021", դրսի տրամագիծը դիստալ հատվածում ոչ ավել, քան՝ 1.8", պրոքսիմալ հատվածում ոչ ավել, քան՝ 2.6"- ապահովելու համար բարձր անցողունակությունը: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող երկարություններն են՝ 130սմ, 150սմ: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի

				<p>վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Terumo	Finecross	.	Terumo	Микрокатетер, внутренний диаметр в дистальной части - не более 0,018"/, в проксимальной части - не более 0,021", внешний диаметр в дистальной части - не более 1,8", в проксимальной части - не более 2,6"- для обеспечения высокой пропускной способности. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимая длина составляет 130 см, 150 см. Формат: шт. CE MARK или FDA сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный,

				<p>в заводской стерильной упаковке.</p> <p>Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки. Заказчик имеет право вернуть или заменить размер товара другим при необходимости, при условии наличия по крайней мере 50% от всего срока годности товара.</p>
--	--	--	--	--