

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
61	Terumo	Angio-seal 8fr	.	Terumo	"Չարկերակը կարող գործիք, չափսը՝ 8 Fr: Սարքն օգտագործվում է գարկերակի հետ արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմեստազի համար: Իրենից Ներկայացնում է ամբողջությամբ բիոդեգրադացվող ակտիվ փակող համակարգ, որի կազմում կան՝ ինտրաարտերիալ խարիսխ, թել, կոլագեն: Անոթի ներքին պատին ֆիքսված հեմոստատիկ խարիսխը լրիվությամբ ներծծվում է մինչև 90 օրվա ընթացքում: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի

				<p>առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի</p> <p>առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: "</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2025/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
61	Terumo	Angio-seal 8fr	.	Terumo	"Инструмент для сшивания артерии. Устройство используется с артерией для быстрого, безопасного и надежного механического гемостаза. Это полностью биоразлагаемая система активного закрытия, включающая внутриартериальный анкер, нить, коллаген. Гемостатический анкер, закрепленный на внутренней стенке сосуда, полностью рассасывается в течение до 90 дней. Размер инструмента для сшивания артерии 8Fr. Формат: шт. CE MARK или FDA сертификат

				<p>качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 50% полного срока годности на момент доставки. Обязательным условием является: Участник подает вместе с заявкой: Доверенность, предоставленная производителем изделия (гарантийное письмо-доверенность). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. "</p>
--	--	--	--	--