

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	Penumbra	Revascularisation Device	.	Penumbra	"Ստենտ/ռետրիվերը նախատեսված է սուր իշեմիկ ինսուլտի ժամանակ արյան հոսքը վերականգնելու նպատակով գլխուղեղի խցանված անոթներից թրոմբի հեռացման համար: Ցանցի երկարությունը 26մմ, աշխատանքային երկարությունը 20մմ, տրամագիծը 4,5 մմ: Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը` $\pm 2\%$: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային

ստերիլ փաթեթավորմամբ:
Ներառում է տեխնիկական
ցուցանիշները,
առանձնահատկությունները և
օգտագործման կանոնները՝
գործարանային ձեռնարկի ձևով:
Հանձնելու պահին ամբողջ
պիտանելիության ժամկետի
առնվազն 50%-ի առկայություն:
«Բնակչությանը պետության կողմից
երաշխավորված անվճար բժշկական
օգնության և սպասարկման
շրջանակներում գլխուղեղի սուր
և/կամ ենթասուր իշեմիկ
կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման
և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա
ծառայությունների մատուցման
նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»:
Պարտադիր պայման է
հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով
ներկայացնում է՝ապրանքը
արտադրողի կողմից ներկայացվող
ավտարիզացիոն նամակ
(երաշխիքային-լիազոր նամակ):
Պարտադիր պայման է
հանդիսանում՝ մասնակիցը
պայմանագրի կատարման փուլում
ներկայացնում է՝ ապրանքը
արտադրողի կողմից ներկայացվող

					ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: "
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2025/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
62	Penumbra	Revascularisation Device	.	Penumbra	"Стент/ретривер предназначен для удаления тромбов из заблокированных сосудов головного мозга с целью восстановления кровотока во время острого ишемического инсульта. Длина сети 26 мм, рабочая длина 20 мм, диаметр 4,5 мм. Допуск всех размеров: ± 2%. Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики,

				<p>характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. «Изделие, приобретаемое в целях оказания тромболитической терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и оказания услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и гарантированных государством услуг населению».</p> <p>Обязательным условием является: Участник подает вместе с заявкой:</p> <p>1. Доверенность, предоставленная производителем изделия (гарантийное письмо-доверенность). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: 1.сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. "</p>
--	--	--	--	--