

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                          |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը      | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 83                 | Terumo                | Introducer Radial<br>5fr | .       | Terumo                 | Նյարդավիրաբուժությունում<br>ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն<br>միջամտությունների համար<br>նախատեսված ինտրոդյուսեր<br>տրանստադիալ կոմպլեկտ 5Fr-<br>Դիլատորի անցումը շիթին բարձր<br>ճշգրտության, որը թույլ է տալիս<br>առանց լրացուցիչ միջամտության<br>(օր. նշտարի սայրի) ընկղմել<br>ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի<br>մեջ: Կախված վիրահատվող<br>հիվանդի քաշից ինտրոդյուսերի<br>ծայրի երկարության պահանջվող<br>չափսերն են՝ 7սմ, 10սմ: Կախված<br>վիրահատվող անոթի տեսակից և |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>բարդությունից մինի վայերի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.018" 0.021"0.025"՝ 45սմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից մուտքի ասեղի պահանջվող չափերն են՝ 20G, 21G, 22G: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2025/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                          |       |                            |   |
|------------|------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак            | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 83         | Terumo                 | Introducer Radial<br>5fr | .     | Terumo                     | В нейрохирургии Интродьюсер комплект трансрадиальный размера 5Fr, предназначенный для диагностических и интервенционных вмешательств. Переход дилатора на спринцовку высокой точности, позволяющий погружать Интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительных вмешательств (например, лезвия скальпеля). В зависимости от веса оперируемого пациента, требуемая длина кончика Интродьюсера - 7см, 10см. В зависимости от вида и сложности |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>оперируемого сосуда, требуемый диаметр мини ваера - 0.018" 0.021"0.025" при длине 45см. В зависимости от вида оперируемого сосуда, требуемый размер входной иглы - 20G, 21G, 22G. Формат: шт. CE MARK или FDA сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке.</p> <p>Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки.</p> |
|--|--|--|--|--|