

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
91	Terumo	Accuforce	.	Terumo	<p>Նյարդավիրաբուժությունում կիրառվող բալոն չընդլայնվող գնդանոթով: Կաթետերի երկարությունը` 145սմ: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, նոմինալ ճնշումը` 1216 ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը` 2229 ԿՊա 2.0-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար, 2026 ԿՊա` 4.5մմ-ից 5.0մմ տրամագծով բալոնների համար: Բալոնները եռաթև են, որը թույլ է տալիս ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի տրամագիծը` 0.43մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող</p>

				<p>չափերն են ըստ տրամագծի՝ 2.0, 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5 ; 3,75 4.0; 4.5; 5.0 մմ: Կախված անոթի վնասված մասի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 6մմ; 8մմ; 12մմ; 15մմ; 20մմ; 25մմ;30մմ;: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2025/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
91	Terumo	Accuforce	.	Terumo	Используется в нейрохирургии: Катетр с нерасширяемым баллоном, длина катетера не менее 145см. С гидрофильным покрытием, номинальное давление не менее: 1013 кПа, максимальное давление не менее: 2026 кПа для цилиндров диаметром от 2,0 до 4,0 мм, не менее 1624 кПа для цилиндров диаметром от 4,5 до 5,0 мм. Цилиндры трехлопастные, что позволяет быстро нагнетать давление в цилиндре. Диаметр входного наконечника не более 0,43 мм. В зависимости от

				<p>величины диаметра оперируемого сосуда необходимые размеры катетера по диаметру: 2.0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3.75; 4,0; 4,5; 5,0 мм. В зависимости от размера поврежденной части сосуда требуемые размеры катетеров по длине 6 мм; 8 мм; 12 мм; 15 мм; 20 мм; 25мм; 30мм. Формат: шт. Сертификаты качества CE MARK или FDA обязательны для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, функции и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 70% всего срока годности на момент поставки. Покупатель имеет право вернуть или заменить размер товара на другой размер по мере необходимости, если в наличии имеется не менее 50% всего срока годности товара.</p>
--	--	--	--	--