ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
92	Terumo	Ryurei	.	Terumo	Նյարդավիրաբուժությունում կիրառվո դիլատացիոն կաթետեր՝ ընդլայնվող գնդանոթով (բալոն ընդլայնվող գնդանոթով)։ Կաթետերի երկարությունը՝ ՝ 145սմ։ Բալոնը եռաթև, որը թույլ է տալիս ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ։ Մուտքի ծայրի տրամագիծը 0.41 մմ՝ 1.0 - 1.5 , 2.0-4.0 մմ-ի բալոնի դեպքում, 0.43մմ՝ մնացած չափերի բալոնների դեպքում։ Ծածկույթը հիդրոֆիլիկ։ Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են

					ըստ տրամագծի `1.0 1.25մմ;1.5մմ; 2.0մմ; 2.25մմ; 2.5մմ; 2.75մմ; 3.0մմ; 3.25մմ , 3.5մմ; 3.75մմ 4.0մմ, նոմինալ ճնշումը ` 608ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը՝ 1.0-ից 3.0 մմ տրամագծերի դեպքում՝ ` 1419ԿՊա, 3.25մմ-ից 4.0մմ տրամագծի դեպքում՝ ` 1216ԿՊա: Կախված անոթի վնասված մասի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 5մմ 10մմ; 15մմ; 20մմ; 30մմ; 40մմ: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
92	Terumo	Ryurei	.	Terumo	Используется в нейрохирургии: Дилатационный катетер с расширяющейся пушкой (баллон с расширяющейся пушкой). Длина катетера - не менее 145 см. Баллон трехконечный, что позволяет быстро повысить давление в баллоне. Входной диаметр не более 0,4 мм для баллонов 1,25 мм и не более 0,42 мм для баллонов других размеров. Покрытие - гидрофильное. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, необходимые размеры катетеров по диаметру

					составляют 1.25мм;1.5мм; 2.0мм; 2.25мм; 2.5мм; 2.75мм; 3.0мм; 3.5мм; 4.0мм, номинальное давление не менее 608 кПа, максимальное давление при диаметре от 1,25 до 3,0 мм - не менее 1419кПа, при диаметре от 3,5 мм до 4,0 мм - не менее 1216 кПа. В зависимости от размера поврежденной части сосуда требуемые размеры катетеров по длине 10 мм; 15 мм; 20 мм; 30 мм; 40 мм. Формат: шт. CE MARK или FDA сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки. Заказчик имеет право возвратить или заменить размер товара другим при необходимости, при условии наличия по крайней мере 50% от всего срока годности товара.