

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Abbott Vascular	RX TREK, MINI TREK	RX TREK, MINI TREK	Abbott Vascular	Բալունային կաթետր RX տիպի, 0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 145 սմ : Բալունի կյուրը՝ Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ՝ կաթետրի հատվածում: Բալունի կրկնակի շերտի հաստությունը՝ 0,0014" (0.036 մմ) 2,25-5,0մմ չափսերի համար: Բալունի նոմինալ բացման ճնշումը՝ 8 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 14 մթն, ծայրի պրոֆիլը՝ 0,017" (0.43) , ծայրի երկարությունը՝ 3մմ, շաֆթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի

տրամագիծը՝ 2,1/2,4F : Շաֆթի մեջ
ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-
կոնտրաստ նշանակիրներ
նվազագույնը 1,0 մմ երկարությամբ:
Կախված վիրահատվող անոթի
տրամագծից բալոնի պահաջվող
չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 1.2,
1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25,
3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ: Կախված
վիրահատության ժամանակ
հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից
բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ
երկարության՝ - 6մմ (առնվազն
1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ
(առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի
դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր
տրամագծերի դեպքում), 15մմ
(առկա բոլոր տրամագծերի
դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0
տրամագծերի դեպքում), 25մմ
(առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի
դեպքում), 30 մմ (առնվազն 2.0-4.0
տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած
մատակարարված խմբաքանակի
համար CE MARK որակի
վկայականների առկայությունը
պարտադիր է: Նոր է,
չօգտագործված, գործարանային
ստերիլ փաթեթավորմամբ:

					<p>Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15					