

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
88	ABBOTT	HI TORQ UE	HI TORQ UE	ABBOTT	<p>Կորոնար ուղղորդիչներ 0,014" չափի, 190 կամ 300 սմ երկարությամբ: Ներքին առանցքը պետք է կազմված լինի - տեֆլոնային ծածկույթով չժանգոտվող պողպատից, ունենա գերճկուն նիկել-տիտանային համաձուլվածքից կազմված դիստալ հատված՝ հյուսված ծայրով կամ 304V տիպի չժանգոտվող պողպատից հյուսված ծայրով կամ տեֆլոնային ծածկույթով չժանգոտվող պողպատից հյուսված ծայրով::</p> <p>Հիդրոֆիլ կամ հիդրոֆոբ ծածկույթի առկայություն: Կախված</p>

				<p>վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ռենտգենկոնտրաստ ծայրի երկարությունը՝ 2սմ կամ 3սմ : Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի պահանջվող ձևերն են՝ ուղիղ, J-ձև: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ծայրի կոշտությունները 0.6գ, 0.7գ, 0.8գ, 0.9գ, 1.0գ, 1,2գ, 1.5գ, 2.7գ, 2.8գ, 3.5գ, 4.1գ, 4.8գ, 9.7գ, 13.9գ, 12.5գ, 13.0գ,: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БЦЦЦЦР-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
88					