

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS | Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 3,5 մմ արգելափակող պտուտակների և 3,5 մմ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը: Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ընտրագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: Աջ` 4 անցք, 5 անցք: Ձախ` 4 անցք, 5 անցք: Գործիքի անվանում` շաղափի ուղղորդիչ 3,5մմ արգելափակող պտուտակի անցքերի համար, 2,8 մմ ներքին տրամագծով-1հատ, շաղափ 2,8 մմ-1հատ, 3,5 մմ արգելափակող պտուտակի սահմանափակ ուժով պտուտակահան-1հատ</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 509F4-ECU72F-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS | NEW AGE MEDISYS | Отверстия в платформе должны быть предназначены для стопорных винтов 3,5 мм и винтов 3,5 мм. Организация-производитель должна иметь сертификат не ниже ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016, имплантат должен иметь сертификат CE, поставщик должен предоставить инструменты для установки платформы . Платформа должна иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием товара. По желанию заказчика одна из нижеперечисленных платформ предоставляется на |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>хранение и доставляется в течение 24 часов по запросу после использования. Справа: 4 отверстия, 5 отверстий. Слева: 4 отверстия, 5 отверстий. Название инструмента: направляющая для раствора для отверстий под стопорные винты диаметром 3,5 мм, внутренний диаметр 2,8 мм — 1 шт., раствор для раствора 2,8 мм — 1 шт., отвертка с ограниченной мощностью для стопорного винта 3,5 мм — 1 шт.</p> |
|--|--|--|--|--|