

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿԱՅԹԵՐՐԻ»ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
74	Գլյուկոմետրի ստրիպ Accu-Chek aktiv	Գլյուկոմետրի ստրիպ Accu-Chek aktiv	Գլյուկոմետրի ստրիպ Accu-Chek aktiv	Roche Diabetes Care GmbH	Գլյուկոմետրի ստրիպ Accu-Chek aktiv Նմուշի տեսակը՝մազանոթային արյուն Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոդիմիական Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատվածը՝5 վրկ Արյան ծավալը՝0.6 մկ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8 -44 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝10-90% Չափում է հեմատոկրիտ10-65% միջակայքում, Կալիբրացիա՝համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան ,որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և

				<p>համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Ֆերմենտ՝Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ, Թեստ-երիզների Ժամկետը՝պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Ճշգրտությունը՝համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին: Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության Ժամկետ , պետք է լինի փակ</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВАЙТБЕРРИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
74					