

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
81	Բարձր ճնշման Ներարկիչի կուլբա	ANKE	ANKE	ANKE	Բարձր ճնշման ներարկիչի կուլբա Տեխնիկական առանձնահատկությունների Նկարագրություն Նախատեսված Ներարկման արագության միջակայքը ոչ պակաս քան 0,1-10 մլ/վ, Ներարկման ծավալի միջակայք ոչ պակաս քան 0-200 մլ Նախատեսված ճնշման սահմանը ոչ պակաս քան 350psi, Համատեղելի ANKE ASA-300 բարձր ճնշման Ներարկիչի հետ, RF ռադիո մարկերների առկայություն կրկնակի օգտագործման կանխման համար, համատեղելի ANKE RF համակարգի

				<p>հետ: Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Տեղադրում և ուսուցում, օգտագործողի ձեռնարկ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, ստերիլ փաթեթավորումով, չօգտագործված, պիտանելիության ժամկետը առնվազն մինչև 12.2025թ,: Որակի և անվտանգության սերտիֆիկատներ` ISO 9001, ISO14001, ISO 13485:2016, CE 93/42EEC MDD կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UYQPC-EMXUWQF-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
81	Բարձր ճնշման ներարկիչի կոլբա	ANKE	ANKE	ANKE	Բարձր ճնշման ներարկիչի կոլբա Տեխնիկական առանձնահատկությունների նկարագրություն Նախատեսված ներարկման արագության միջակայքը ոչ պակաս քան 0,1-10 մ/վ, Ներարկման ծավալի միջակայք ոչ պակաս քան 0-200 մլ Նախատեսված ճնշման սահմանը ոչ պակաս քան 350psi, Համատեղելի ANKE ASA-300 բարձր ճնշման ներարկիչի հետ, RF ռադիո մարկերների առկայություն կրկնակի օգտագործման կանխման համար, համատեղելի ANKE RF համակարգի

				<p>հետ: Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Տեղադրում և ուսուցում, օգտագործողի ձեռնարկ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, ստերիլ փաթեթավորումով, չօգտագործված, պիտանելիության ժամկետը առնվազն մինչև 12.2025թ,: Որակի և անվտանգության սերտիֆիկատներ` ISO 9001, ISO14001, ISO 13485:2016, CE 93/42EEC MDD կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--