

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | HDL                   | HDL                 | HDL     | BioSystems SA          | HDL խոլեսթերինի որոշման համար<br>Նախատեսված հավաքածու HDL:<br>Մեթոդ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող<br>նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա:<br>Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է<br>ունենա իր աշխատանքի համար<br>անհրաժեշտ օգտագործման<br>ձեռնարկով նախատեսված<br>Նյութերը՝ կալիբրատոր,<br>ստանդարտ: Մատակարարը<br>պարտավոր է վերածրագրավորել<br>բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ<br>պատվիրատուի<br>ցանկությամբ: Հանձնելու պահին<br>պիտանիության ժամկետի 1/2 |

|  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  |  |  | առկայություն: |
|--|--|--|--|--|---------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՍԳԼՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          | HDL                    | HDL           | HDL   | BioSystems SA              | HDL խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու HDL: Մեթոդ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա: Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ կալիբրատոր, ստանդարտ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությանը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 |

|  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  |  |  | առկայություն: |
|--|--|--|--|--|---------------|