

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ԳՍԳՆԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 15 | Uric Acid | Uric Acid | Uric Acid | BioSystems SA | Միզաթթվի որոշման համար Նախատեսված հավաքածու Uric Acid: Մեթոդ կոլորոմետրիկ Եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա: Միզաթթվի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով Նախատեսված նյութերը՝ կալիբրատոր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|
| | | | | | առկայություն: |
|--|--|--|--|--|---------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՍԳԼՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 15 | Uric Acid | Uric Acid | Uric Acid | BioSystems SA | Միզաթթվի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Uric Acid: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ, պլազմա: Միզաթթվի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ կալիբրատոր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությանը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|
| | | | | | առկայություն: |
|--|--|--|--|--|---------------|