

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
69	Vacuum Blood Collection Tubes	CNWTC	K3 EDTA Tube Pet, 0.5ml	Chongqing new world Trading co. LTD	Ստերիլ վակուումային փորձանոթ արյուն վերցնելու համար/երեխաների մատից արյուն վերցնելու համար/: Հավելում՝ K3EDTA: Տարողությունը՝ 0,5մլ: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Փորձանոթի նյութը՝ PET կամ ապակի (փորձանոթի նյութը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Կափարիչի գույնը՝ մանուշակագույն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի

				պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{HPC-ECXCTQF-25/5}$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
69	Vacuum Blood Collection Tubes	CNWTC	K3 EDTA Tube Pet, 0.5ml	Chongqing new world Trading co. LTD	Стерильная пробирка для взятия крови у ребенка: 0,5 мл. Материал пробирки: фиолетовый. На данный момент остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года. Для продукции со сроком годности 1-2 года - не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет - не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент.