

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	АмплиСенс® HBV-Монитор-FL	АмплиСенс	R-V5-MC	ЦНИИ Эпидемиологии	Հավաքածուն նախատեսված է արյան պլազմայի մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ Բ-ի վիրուսի քանակի որոշման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում են, Հավաքածուն ներառում է ներքին ստուգիչ, բացասական ստուգիչ, 2 դրական ստուգիչ և ստանդարտներ, առանց նուկլեազաների ջուր ՊՇՌ համար: Վիրուսի քանակի որոշման ստորին սահմանը 150 ՄՄ/մլ, վերին սահմանը՝ 100մլն ՄՄ/մլ: Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 120 թեստ: Ձեռնարկում

					<p>պետք է պարունակվի RotorGene-Q սարքի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭЭЭ-ЕЭЭЭЭЭ-2025/01
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					