

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄ-ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Վինար	Վինար	Վինար	Վինար	"Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում ցիտոմեգալովիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Հավաքածուն պետք է ներառի 0.01 մլ տարողությամբ փորձանոթներ ոչ ավել քան 120 հատ: Հավաքածուի ֆորմատը ոչ ավել քան 120 թեստ: Ռեագենտները

				<p>պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio- Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: "</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐՄ-ՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Վինար	Վինար	Վինար	Վինար	"Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում ցիտոմեգալովիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Հավաքածուն պետք է ներառի 0.01 մլ տարողությամբ փորձանոթներ ոչ ավել քան 120 հատ: Հավաքածուի ֆորմատը ոչ ավել քան 120 թեստ: Ռեագենտները

				<p>պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio- Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: "</p>
--	--	--	--	--