

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄ-ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 10                 | Վինար                 | Վինար               | Վինար   | Վինար                  | "Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում ցիտոմեգալովիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Հավաքածուն պետք է ներառի 0.01 մլ տարողությամբ փորձանոթներ ոչ ավել քան 120 հատ: Հավաքածուի ֆորմատը ոչ ավել քան 120 թեստ: Ռեագենտները |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>պետք է լինեն անմիջականորեն<br/>օգտագործման համար պատրաստի<br/>վիճակում: Ձեռնարկում պետք է<br/>պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-<br/>Rad), RotorGene սարքերի<br/>ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485<br/>որակի վկայականի առկայություն:<br/>Պիտանիության ժամկետի առնվազն<br/>70%-ի առկայություն<br/>մատակարարման պահին: "</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐՄ-ՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 10         | Վինար                  | Վինար         | Վինար | Վինար                      | "Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում ցիտոմեգալովիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Հավաքածուն պետք է ներառի 0.01 մլ տարողությամբ փորձանոթներ ոչ ավել քան 120 հատ: Հավաքածուի ֆորմատը ոչ ավել քան 120 թեստ: Ռեագենտները |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>պետք է լինեն անմիջականորեն<br/>օգտագործման համար պատրաստի<br/>վիճակում: Ձեռնարկում պետք է<br/>պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-<br/>Rad), RotorGene սարքերի<br/>ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485<br/>որակի վկայականի առկայություն:<br/>Պիտանիության ժամկետի առնվազն<br/>70%-ի առկայություն<br/>մատակարարման պահին: "</p> |
|--|--|--|--|--|